PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 25-03-2009

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	MAFESYSTER S.L. (Madrid) IRA-2714 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2714/09 Fecha Solicitud: 16/02/2009	Instalación industrial y comercial. Almacenamiento y uso de un isótopo no encapsulado como trazador en plantas industriales, realización de pruebas de hermeticidad a fuentes radiactivas encapsuladas, revisión del funcionamiento de equipos radiactivos industriales y de los sistemas asociados e importación, exportación, comercialización, almacenamiento y asistencia técnica de irradiadores biológicos. <u>Modificación:</u> -Cambio del emplazamiento principal de la instalación entre dos direcciones de Madrid. -Baja de la autorización para realizar la actividad de almacenamiento y uso de un isótopo no encapsulado como trazador en plantas industriales.	Se actualiza el condicionado completo. - Especificación 10ª, requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento en el nuevo emplazamiento, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	
MODIFICACIÓN	SOCOTEC IBERIA S.L. (Pozuelo de Alarcón, Madrid) IRA-0126 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-10/IRA-0126/09 Fecha Solicitud: 22/10/2008	Instalación industrial de gammagrafía y realización de pruebas de hermeticidad a fuentes radiactivas encapsuladas. <u>Modificación:</u> -Cambio del emplazamiento de la delegación de la instalación en Asturias, desde la localidad de Llanera a la de Casares. -Baja de la autorización de dos equipos móviles de gammagrafía de la marca PICKER, modelo TO-660 -Incorporación de dos equipos móviles de gammagrafía de la marca QSA-GLOBAL, modelo TO-880 delta.	Se actualiza el condicionado completo. - Especificación 10ª, requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento en el nuevo emplazamiento de la delegación de Asturias, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	Los equipos que se dan de baja han sido retirados por ENRESA.

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	<p>HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE (Getafe, Madrid)</p> <p>IRA-1901 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-1901/ 09 Fecha Solicitud: 08/01/2009</p>	<p>Instalación de medicina nuclear. Laboratorio de radioisótopos no encapsulados para diagnóstico y tratamiento médicos, incluido tomografía por emisión de positrones (PET).</p> <p><u>Modificación:</u> -Autorización para la posesión y uso de isótopo en forma no encapsulada. - Autorización para la posesión y uso de un equipo PET-TC.</p>	<p>Se actualiza el condicionado completo.</p> <p>-Especificación 35ª requiere realizar durante el primer año un control de los niveles de radiación en los puntos más significativos, enviando trimestralmente al CSN los resultados junto a los datos de carga de trabajo.</p> <p>- Especificación 36ª requiere que para las técnicas manuales se establezcan procedimientos de reducción de dosis, especialmente en las manos, estableciendo turnos de rotación del personal que pueda intervenir en la manipulación del material radiactivo.</p> <p>-Especificación 37ª requiere que los trabajadores expuestos que manipulen el isótopo dispongan de dosimetría de extremidades.</p> <p>-Especificación 38ª requiere el envío trimestral al CSN, durante el primer año de funcionamiento, de los resultados de dosimetría personal y de extremidades.</p>	

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS PAÍS VASCO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<p>MODIFICACIÓN CSN-PV/IEV/MO-01/IRA-2553/09</p>	<p>LABIKER INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.L. IRA-2553 Fecha de Solicitud: 29/10/2008</p>	<p>Instalación industrial destinada a la determinación de la densidad y humedad de suelos. Solicitan autorización de modificación por :</p> <p>1.- Cambio de emplazamiento por traslado de las instalaciones desde pabellón en la callenº 26 a nuevo pabellón en la callenº 24, todo ello en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.</p> <p>2.- Construcción de un recinto de almacenamiento de equipos de medida de densidad y humedad de suelos en las instalaciones de la empresa LABETEC, S.L., con objeto de albergar los equipos desplazados en la isla de Gran Canaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ha sido necesario requerir PIA a esta instalación. - Por tratarse de una autorización de modificación por cambio de emplazamiento de la instalación radiactiva, se estima necesaria inspección previa para la puesta en marcha. - Se considera el almacenamiento de equipos en la isla de Gran Canaria como una delegación de la empresa solicitante.

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS PAÍS VASCO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<p>AUTORIZACIÓN</p> <p>CSN-PV/IEV/PM-01/IRA-2995/09</p>	<p>PRODUCTOS TUBULARES, S.A.U.</p> <p>IRA-2995</p> <p>Fecha de Solicitud: 01/12/2008</p>	<p>Instalación industrial destinada al análisis instrumental de metales y aleaciones mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X.</p> <p>Solicitan la autorización de funcionamiento y puesta en marcha de nueva instalación del siguiente equipo radiactivo:</p> <p>- Adquisición de un equipo portátil espectómetro de fluorescencia de la marca INNOV X SYSTEMS modelo ALPHA.</p>	<p>- Ha sido necesario requerir PIA a esta instalación.</p> <p>- Considerando que se trata de una instalación de nueva inscripción, se estima necesario inspección previa a la Puesta en Marcha, según se indica en la especificación 10ª</p>