PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 08-07-2009

Trámite Normal

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN	PETNET SOLUCIONES S .A. (Tres Cantos, Madrid) IRA-2975 Referencia informe técnico: CSN/IEV/02/PM/IRA-2975/09 Fecha Solicitud: 03/09/2008	Instalación de producción de radioisótopos emisores de positrones y síntesis y comercialización de radiofármacos PET. Solicita autorización para: - Comercialización de radioisótopos para PET. - Asistencia técnica y mantenimiento de ciclotrones para producción de radioisótopos emisores de positrones de la marca SIEMENS ECLIPSE, modelo HP.	Se actualiza el condicionado completo. Se incorporan las especificaciones 43ª a 53ª relativas a las nuevas actividades de comercialización, asistencia técnica y mantenimiento.	La actividad de producción de radioisótopos emisores de positrones (ciclotrón) fue previamente autorizada por resolución de 28/04/2009, la solicitud que ahora se informa completa la Autorización de Funcionamiento de la Instalación.

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN Ref: CSN-GC/AUT/IRA-/2992/2009 Fecha de solicitud: 19.09.2008	SENTINEL SPAIN SL de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat – Barcelona) IRA-2992	Instalación industrial dedicada a demostración de escaneado de contenedores de carga. Solicitan autorización para un acelerador de la firma VARIAN, modelo Linatron-Mi-6 .	Cond. 9: Deberá notificarse la recepción del equipo y calendario de instalación y solicitar la inspección previa a la puesta en marcha. Cond. 11: Deberán remitir el certificado de las densidades del material empleado para los blindajes. En caso de no disponer de él, se efectuarán comprobaciones del blindaje por una entidad reconocida	La UTPR ACPRO SL ha realizado la memoria de solicitud y participará en la puesta en marcha de la instalación; cuando la instalación inicie su funcionamiento será el supervisor el que se ocupará de la protección radiológica. El equipo será suministrado por VARIAN.