

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 22-07-2009

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN	GLOBAL STEEL WIRE S.A. (Santander, Cantabria) IRA-3020 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/IRA-3020/09 Fecha Solicitud: 27/05/2009	Instalación industrial de análisis instrumental. Determinación de composición de materiales mediante espectrometría por fluorescencia de rayos X Solicita autorización para la posesión y uso de un equipo portátil de fluorescencia de rayos X de la marca NITON, modelo XL3T.	La especificación 10ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento con el fin de que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica del equipo será realizada por el suministrador.