

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 23-09-2009

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN	HOSPITAL VIRGEN DE LA PALOMA. (,Madrid) IRA-3012 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3012/09 Fecha Solicitud: 22/04/2009	Instalación médica de braquiterapia para la realización de tratamientos mediante implantes permanentes. -Se solicita autorización para la utilización de semillas del isótopo. La instalación utilizará un equipo SeedSelectron de la firma NUCLETRON para la preparación automática de las semillas y el implante y un equipo Spot-Pro para la planificación tridimensional en tiempo real	En la especificación nº 11 se indica que cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento, el titular deberá notificarlo al CSN a fin de que se realice la preceptiva visita de inspección previa a emitir la Notificación de Puesta en Marcha. En la especificación nº 30 se indica que los trabajadores que manipulen el material radiactivo portarán dosímetros de extremidades para estimar las dosis en manos. En la especificación nº 31 se indica que durante el primer año de funcionamiento se enviará trimestralmente al CSN los resultados de las lecturas de los dosímetros de extremidades, el número de pacientes tratados y la actividad implantada a dichos pacientes.	Las semillas que no se utilicen serán retiradas por el suministrador

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN	VALDENT S.L. (Castellon) - ERX/CS-0003 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/ERX/CS-0003 Fecha Solicitud: 19/01/2009	Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica, Realizará exclusivamente actividades de Venta de equipos de rayos X de radiodiagnóstico dental,	- Las pruebas de aceptación de los equipos suministrados por el titular serán realizadas por SATELEC (ERX/B-0007).

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS PAÍS VASCO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<p>MODIFICACIÓN CSN-PV/IEV/MO-05/IRA-2637/09</p>	<p>T.T.I. TUBACEX TUBOS INOXIDABLES, S.A. IRA-2637 Fecha de Solicitud: 06/08/2009</p>	<p>Instalación industrial destinada a medición de contenido de Níquel y Cromo en piezas metálicas.</p> <p>Solicitan autorización de modificación por:</p> <p>1.- Adquisición de cuatro nuevos equipos analizadores del contenido en Cromo y Níquel en tubos por fluorescencia de rayos X, marca INNOV X SYSTEMS, Inc, modelo FOX ON LINE.</p> <p>2.- Ampliación de las dependencias de la instalación radiactiva autorizadas, incluyendo la planta de fabricación de Llodio como una delegación de la instalación radiactiva.</p>	<p>- No existen deficiencias graves por resolver en esta instalación.</p> <p>- Por tratarse de una modificación que presenta un nuevo emplazamiento, se estima necesaria inspección previa para la puesta en marcha de la modificación.</p>