

**PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 27-10-2009**

Trámite Simplificado

**LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS**

<b>INFORME</b>	<b>SOLICITANTE O TITULAR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CONDICIONES ESPECIALES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
MODIFICACIÓN	<p>CENTRO ONCOLOGICO DE GALICIA</p> <p>(La Coruña)</p> <p>IRA-0060</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-11/IRA-0060/09</p> <p>Fecha Solicitud: 26/06/2009</p>	<p>Instalación médica unificada de radioterapia (teleterapia y braquiterapia) y medicina nuclear, incluido tomografía por emisión de positrones (PET).</p> <p><u>Modificación:</u></p> <p>-Aumento de actividad máxima de fuentes encapsuladas para técnicas de braquiterapia.</p> <p>-Autorización para la posesión y uso de un equipo automático de braquiterapia de Alta Tasa de dosis y carga diferida de la marca NUCLETRON, modelo Microselectron HDR</p> <p>-Solicitud de aumento de actividad de radioisótopos no encapsulados previamente autorizados :</p> <p>-Traslado de la gammateca de braquiterapia entre dos plantas dentro del edificio de braquiterapia.</p> <p>-Baja de equipo de rayos X para terapia superficial de la marca PHILIPS, modelo RT-100.</p> <p>-Baja de una unidad de telecobaltoterapia de la marca ACL, modelo Theratron-80.</p>	<p>Se actualiza el condicionado completo.</p> <p>La especificación 11ª requiere que la carga de la primera fuente en el equipo automático de braquiterapia se realice en presencia de la inspección del CSN.</p>	<p>La fuente del equipo de telecobaltoterapia fue transferida a la Universidad de Santiago (IRA-0418) en mayo de 2009, el resto de partes activas del equipo va a ser retirado por Enresa.</p> <p>El equipo de rayos x que se da de baja fue desmantelado en 2008, tenía el tubo inutilizado.</p> <p>El hospital dispone de una instalación radiactiva autorizada.</p> <p>El hospital dispone un Servicio de Protección Radiológica autorizado por el CSN.</p>

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.L. (Colmenar Viejo, Madrid) IRA-1551 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-8/IRA-1551/09 Fecha Solicitud: 14/04/2009	Instalación comercializadora. Comercialización y asistencia técnica de equipos radiactivos, fuentes radiactivas y generadores de radiación con fines médicos. <u>Modificación.</u> Cambio de emplazamiento de la instalación desde Colmenar Viejo a San Sebastián de los Reyes, ambos en la provincia de Madrid.	Se actualiza el condicionado completo.	