

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 04-11-2009

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN	TOMO THERAPY SPAIN S.L. (Bilbao, Vizcaya) IRA-3000 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-2/IRA-3000/09 Fecha Solicitud: 15/06/2009	Instalación comercial. Asistencia técnica de aceleradores de electrones para radioterapia. Autorización para realizar actividades de asistencia técnica de aceleradores lineales de la marca TOMO THERAPY Inc., modelo HI ART System.	Se actualiza el condicionado completo. Especificación 10ª, requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	Se autoriza exclusivamente la asistencia técnica a aceleradores en funcionamiento, la puesta en marcha de nuevos aceleradores será realizada directamente por personal del suministrador en EE UU. La instalación tiene su emplazamiento en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
AUTORIZACIÓN	LORCA MARÍN S.L. (Murcia) IRA-3028 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3028/09 Fecha Solicitud: 20/04/2009	Instalación comercial. Comercialización, almacenamiento, distribución, y venta de fuentes encapsuladas en forma de semillas para su utilización en técnicas de radioterapia (Braquiterapia). Solicita autorización para la comercialización de fuentes encapsuladas en forma de semillas.	Especificación 10ª, requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR ARTÍCULO 74

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN	SPECTRO HISPANIA S.A. (Erandio, Vizcaya) OAR-0045 Referencia informe técnico : CSN/IEV/AUT-1/OAR-0045/09 Fecha Solicitud: 21/06/2007	Solicitan autorización para la comercialización y asistencia técnica de espectrómetros de fluorescencia por rayos x de la marca SPECTRO, modelos iQ, PHOENIX, XEPOS, MIDEX y MIDEX M, con aprobación de tipo de referencia NHM-X264	Se propone un condicionado con especificaciones análogas a las que se incluye en las autorizaciones de instalaciones radiactivas de comercialización de equipos generadores de radiación. No se requiere la obtención de licencias de personal.	Los equipos que comercializa han obtenido la aprobación de tipo en abril de 2009.