**PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 04-11-2009**

Trámite Simplificado

**LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS**

| INFORME | SOLICITANTE O TITULAR | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES ESPECIALES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| AUTORIZACIÓN | TOMO THERAPY SPAIN S.L.<br><br>(Bilbao, Vizcaya)<br><br>IRA-3000<br><br>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-2/IRA-3000/09<br><br>Fecha Solicitud: 15/06/2009 | Instalación comercial. Asistencia técnica de aceleradores de electrones para radioterapia.<br><br>Autorización para realizar actividades de asistencia técnica de aceleradores lineales de la marca TOMO THERAPY Inc., modelo HI ART System. | Se actualiza el condicionado completo.<br><br>Especificación 10ª, requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha. | Se autoriza exclusivamente la asistencia técnica a aceleradores en funcionamiento, la puesta en marcha de nuevos aceleradores será realizada directamente por personal del suministrador en EE UU.<br><br>La instalación tiene su emplazamiento en Pozuelo de Alarcón, Madrid. |
| AUTORIZACIÓN | LORCA MARÍN S.L.<br><br>(Murcia)<br><br>IRA-3028<br><br>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3028/09<br><br>Fecha Solicitud: 20/04/2009 | Instalación comercial. Comercialización, almacenamiento, distribución, y venta de fuentes encapsuladas en forma de semillas para su utilización en técnicas de radioterapia (Braquiterapia).<br><br>Solicita autorización para la comercialización de fuentes encapsuladas en forma de semillas. | Especificación 10ª, requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento pan que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha. | El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. |

## OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR ARTÍCULO 74

| INFORME | SOLICITANTE O TITULAR | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES ESPECIALES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| AUTORIZACIÓN | SPECTRO HISPANIA S.A.<br>(Erandio, Vizcaya)<br><br>OAR-0045<br><br>Referencia informe técnico :<br>CSN/IEV/AUT-1/OAR-0045/09<br><br>Fecha Solicitud: 21/06/2007 | Solicitan autorización para la comercialización y asistencia técnica de espectrómetros de fluorescencia por rayos x de la marca SPECTRO, modelos iQ, PHOENIX, XEPOS, MIDEX y MIDEX M, con aprobación de tipo de referencia NHM-X264 | Se propone un condicionado con especificaciones análogas a las que se incluye en las autorizaciones de instalaciones radiactivas de comercialización de equipos generadores de radiación.<br>No se requiere la obtención de licencias de personal. | Los equipos que comercializa han obtenido la aprobación de tipo en abril de 2009. |