

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 20-01-2010

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

PLENO 20.01.10

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO (Majadahonda, Madrid) IRA-2860 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-2860/09 Fecha Solicitud: 13/11/2009	Instalación médica de radioterapia (teleterapia y braquiterapia). <u>Modificación</u> -Incorporación de un equipo automático de braquiterapia de alta tasa de dosis y carga diferida de la marca NUCLETRON, modelo Microselectron HDR.	Se actualiza el condicionado completo. La especificación 10ª requiere que la primera carga de la fuente del equipo de braquiterapia se realice en presencia de la inspección del CSN.	El hospital dispone de tres instalaciones radiactivas autorizadas. El hospital dispone un Servicio de Protección Radiológica autorizado por el CSN.
MODIFICACIÓN	HOSPITAL DO MEIXOEIRO (Vigo, Pontevedra) IRA-2082 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-2082/09 Fecha Solicitud: 11/08/2009	Instalación médica de radioterapia (teleterapia y braquiterapia). <u>Modificación</u> -Autorización para la posesión y uso de fuentes encapsuladas en forma de semillas para implantes permanentes en braquiterapia.	Se actualizan las especificaciones 6ª (actividades autorizadas) y 8ª (material y equipos autorizados), permaneciendo en vigor las restantes incluidas en la autorización de la instalación de febrero de 2006. Se añaden las especificaciones: 35ª requiere que se den instrucciones de protección radiológica por escrito a los pacientes con implantes permanentes cuando abandonen el hospital. 36ª requiere que el personal que manipule las semillas disponga de dosimetría de extremidades. 37ª Requiere que durante el primer año se remitan al CSN trimestralmente las lecturas de los dosímetros personales y de extremidades del personal que manipule las semillas.	El hospital dispone de dos instalaciones radiactivas autorizadas. El hospital dispone un Servicio de Protección Radiológica autorizado por el CSN.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTO DENTAL S.A. (Sant Joan Despí, Barcelona) ERX/B-0048 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/ERX/B-0048 Fecha Solicitud: 10/12/2009	Clausura y baja de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica, por cese de actividades. Dispone de autorización exclusivamente para actividades de venta de equipos de rayos x para radiodiagnóstico dental.	
AUTORIZACIÓN	MEDICAL DTA SYSTEM S.L. Murcia ERX/MU-0006 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/ERX/MU-0006 Fecha Solicitud: 21/11/2007	Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica. Solicita autorización para actividades de Venta y asistencia técnica de equipos de rayos x de tomografía computerizada	La solicitud fue objeto de petición de información adicional completada por el titular en octubre de 2009.