PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 05-05-2010

Trámite Normal

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

MODIFICACIÓN	RADIOCIRUGÍA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A. (Madrid) IRA-1660 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-1660/10 Fecha Solicitud: 18/01/2010	Instalación médica de radioterapia (teleterapia y braquiterapia). <u>Modificación</u> -Autorización para la posesión y uso de un acelerador lineal para radioterapia de la marca VARIAN, modelo CLINAC 600C.	-Especificación 11ª, requiere la comunicación al CSN cuando la modificación de la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha. -Especificación 12ª, permite la operación del acelerador para formación, realización de pruebas, realización de verificaciones dosimétricas y geométricas y comprobación preliminar de blindajes. -Especificación 13ª, establece la documentación a remitir al CSN junto la solicitud para realizar la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. -Especificación 32ª, requiere la comprobación anual de los blindajes en condiciones reales de funcionamiento. -Especificación 33ª, requiere que se efectúe una dosimetría de área en zonas adyacentes al bunker durante el primer año de funcionamiento. -Especificación 34ª; requiere la realización de un estudio de seguridad en caso de cambios en condiciones de uso u ocupación de zonas colindantes con recintos blindados. Especificación 35ª, requiere disponer de un sistema de bloqueo que impida la operación simultánea del acelerador y de un equipo de braquiterapia situados en el mismo recinto.	El hospital dispone un Servicio de Protección Radiológica autorizado por el CSN.
--------------	--	--	---	--