

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 23-06-2010

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

Trámite Simplificado

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	UNIVERSIDAD DE VALENCIA (Burjasot, Valencia) IRA-1737 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-1737/10 Fecha Solicitud: 07/12/2009	Instalación de investigación y docencia. Laboratorio de radionucleidos encapsulados y no encapsulados y análisis instrumental mediante espectrometría de rayos X. <u>Modificación:</u> -Incorporación de nuevos laboratorios en el Servicio Central de Soporte a la Investigación Experimental, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva e Instituto de Física Corpuscular. -Incorporación de los siguientes equipos: <ul style="list-style-type: none">• Un contador de centelleo de la firma BECKMAN, modelo LS6000• Un equipo de difracción de rayos X de la firma OXFORD DIFFRACTION, modelo Gemini R• Un equipo de difracción de la firma NONIUS, modelo Kappa CCD• Un equipo de difracción de la firma NONIUS, modelo Kappa 2000• -Un equipo móvil de rayos X de la firma MATSUSADA PRECISION, modelo XR-505-50-01-0X• -Autorización para la posesión y uso de los radioisótopos no encapsulados: -Autorización para posesión y uso de pequeñas fuentes encapsuladas para realizar pruebas con detectores.	Se actualiza el condicionado completo. Especificación 10ª, requiere la comunicación al CSN cuando la modificación de la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	CLINICAS DEL SUR S.L.U (Santa Cruz de Tenerife) IRA-2201 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2201/10 Fecha Solicitud: 03/03/2010	Instalación de medicina nuclear. Laboratorio de radioisótopos no encapsulados para diagnóstico tratamiento en régimen ambulatorio. <u>Modificación:</u> -Traslado de las dependencias a otra localización en la misma planta del hospital.	Se modifica la especificación 3ª (dependencias), permaneciendo sin cambios las restantes incluidas en la autorización vigente de la instalación de septiembre de 2008. Se añade la Especificación 35ª, que requiere la comunicación al CSN cuando la modificación de la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	