**PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 14-07-2010**

**LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS**

Trámite Simplificado

# EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

| INFORME | SOLICITANTE O TITULAR | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| AUTORIZACIÓN | DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE ELECTROMEDICINA S.L.<br>(Madrid )<br><br>ERX/M-0103<br><br>Referencia informe técnico:<br>CSN/IEV/AUT/ERX/M-0103/10<br><br>Fecha Solicitud: 24/02/2005 | Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica.<br><br>Realizará actividades de venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X para radiodiagnóstico dental, podológico, veterinario y radiología convencional. | La solicitud ha sido objeto de reiteradas solicitudes de información adicional, completadas por el titular en mayo de 2010. |

# OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

| INFORME | SOLICITANTE O TITULAR | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES ESPECIALES |
|---|---|---|---|
| MODIFICACIÓN | TECOSA<br>(Tres Cantos, Madrid )<br><br>OAR/0005<br><br>Referencia informe técnico:<br>CSN/IEV/MO-14/OAR-0005/10<br><br>Fecha Solicitud: 17/05/2010 | Entidad autorizada para la comercialización y asistencia técnica de equipos de rayos X para inspección de bultos con aprobación de tipo y equipos de rayos X para inspección de contenedores de carga.<br><br><u>Modificación:</u><br>Incorporación a la autorización de un nuevo equipo de rayos X para inspección de bultos de la marca HI-SCAN, modelo 6040 ATiX, con aprobación de tipo. | Se actualiza el condicionado completo. |
| AUTORIZACIÓN | GENERAL ELECTRIC SENSING & INSPECTION IBERICA S.L.<br>(Madrid )<br><br>OAR/0063<br><br>Referencia informe técnico:<br>CSN/IEV/AUT-1/OAR-0063/10<br><br>Fecha Solicitud: 24/05/2010 | Autorización para la comercialización y asistencia técnica de equipos de rayos x de uso industrial y equipos de rayos X para inspección de circuitos electrónicos con aprobación de tipo.<br><br>Solicita autorización para los siguientes equipos:<br><br>-Equipos de rayos X de uso industrial Marca GENERAL ELECTRIC SENSING & INSPECTION GMBH, modelos Eresco 160, Eresco 42, Eresco 60, Eresco 65, Isovolt 160, Isovolt 225, Isovolt 320, Isovolt 450, Isovolt 160 e Isovolt 3003.<br>-Equipos para inspección de equipos electrónicos con aprobación de tipo de la marca PHOENIX, modelos Bench/Mate, PCBA Analyser, PCBA Inspector CTM-100 y Micromex SE 160 T. | Se incluye condicionado análogo al de una instalación radiactiva comercializadora. No se requieren licencias de personal, aunque la especificación 15 requiere formación equivalente a la necesaria para la obtención de licencias de personal en el campo de aplicación de radiografía industrial. |