PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 22-09-2010

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
CLAUSURA	E.T.S.DE INGENIEROS NAVALES. UNIVESRIDAD POLITECNICA (Madrid) IRA-2656 Referencia informe técnico: CSN/IEV/CL/IRA-2656/2010 Fecha Solicitud: N/A	Instalación de radiografía industrial mediante rayos X. Clausura de Oficio. El titular obtuvo autorización de funcionamiento en 2003 sin que a fecha de hoy haya iniciado la construcción de la instalación.	

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN	PSA INGENIEROS CHEMICAL SERVICES &SYSTEMS S.L. (Valdemoro, Madrid) OAR/0064 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/OAR-0064/10 Fecha Solicitud: 16/04/2010	Solicita autorización para la importación, comercialización y asistencia técnica de equipos para espectrometría mediante fluorescencia de rayos X de la marca HOBRE INSTRUMENTS, modelo METEOREX C-100, con aprobación de tipo de referencia NHM-X-125.	Se propone un condicionado con especificaciones análogas a las que se incluye en las autorizaciones de instalaciones radiactivas de comercialización de equipos generadores de radiación. No se requiere la obtención de licencias de personal.	
AUTORIZACIÓN	ELECTRICIDAD IRUÑA S.L. (Berrioplano, Navarra) OAR/0055 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/OAR-0055/10 Fecha Solicitud: 01/04/2009 Y 24/05/2010	Solicita autorización para la comercialización y asistencia técnica de equipos rayos X para inspección visual de piezas, de la marca BOSELLO HIGH TECHNOLOGY.	Se propone un condicionado con especificaciones análogas a las que se incluye en las autorizaciones de instalaciones radiactivas de comercialización de equipos generadores de radiación. No se requiere la obtención de licencias de personal.	
AUTORIZACIÓN	HEUFT HISPANIA S.A.A (Rivas Vaciamadrid, Madrid) OAR/0041 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/OAR-0041/10 Fecha Solicitud: 16/11/2006 Y 26/02/2010	Solicita autorización para la comercialización y asistencia técnica de equipos rayos X para control de procesos de llenado de la marca HEUFT SYSTEMTECHNIK GmbH. Comercialización y asistencia técnica de los equipos incluidos en las aprobaciones de tipo de referencias NHM-X-182 y NHM-X-183. Comercialización y asistencia técnica de los equipos sin aprobación de tipo de los modelos siguientes: LGX y VGX ambos con generador RGHFT, Examiner XA, Examiner XXL, Examiner XXO. Sólo asistencia técnica de los equipos de los modelos siguientes sin aprobación de tipo: RNL-Gamma tipoSpectrum, Compact y Keg Gamma.	Se propone un condicionado con especificaciones análogas a las que se incluye en las autorizaciones de instalaciones radiactivas de comercialización de equipos generadores de radiación. No se requiere la obtención de licencias de personal.	

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN Ref: CSN-GC/AUT/IRA-/3065/2010	ANALLOYS SL de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) IRA-3065 Fecha de solicitud: 16.04.2010	Instalación industrial dedicada a análisis instrumental por fluorescencia de rayos X Solicitan autorización para un equipo portátil de la firma Innov-X Systems, tipo Alpha.	Las funciones de protección radiológica de la instalación las efectuará el supervisor. El equipo será suministrado por KEMIA SL (IRA-2076), que efectuará el mantenimiento del mismo y gestionará su retirada cuando finalice su vida útil.

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN Ref: CSN-GC/AUT/IRA-/3066/2010	Recuperación y Reciclaje de Residuos SL de Rubí (Vallès Occidental – Barcelona) IRA-3066 Fecha de solicitud: 16.04.2010	Instalación industrial dedicada a análisis instrumental por fluorescencia de rayos X Solicitan autorización para un equipo portátil de la firma Innov-X Systems, tipo Alpha.	Las funciones de protección radiológica de la instalación las efectuará el supervisor. El equipo será suministrado por KEMIA SL (IRA-2076), que efectuará el mantenimiento del mismo y gestionará su retirada cuando finalice su vida útil.