

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 07-07-2011

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA S.A. (Algete, Madrid) IRA/2827 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3 /IRA-2827/11 Fecha Solicitud: 11/04/2011	Instalación de radiografía industrial. Prueba, ajuste y control en fabricación de equipos de rayos X para radiodiagnóstico médico. <u>Modificación:</u> -División de sala blindada previamente autorizada para obtener tres salas. -Autorización de tres nuevas salas blindadas para realizar actividades de comprobación de equipos de rayos X del modelo VAMP, verificación de tableros para mesas de radiología y comprobación de repuestos. -Aumento del número de cajones plomados disponibles en la instalación para introducir tubos de rayos X durante disparos de prueba.	Se actualiza el condicionado completo. La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento con el fin de realizar inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica del equipo será realizada por el suministrador.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACION	FUJIFILM EUROPE GmbH, SUCURSAL EN ESPAÑA. (Barcelona) ERX/B-0065 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/ERX/B-0065/11 Fecha Solicitud: 03/05/2011	Modificación de autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica por cambio de titularidad. El anterior titular era FUJIFILM ESPAÑA S.A. . Realiza actividades de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X para radiología digital.	
AUTORIZACION	CORR MEDICAL S.L. (Tarragona) ERX/T-0002 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/01/ERX/T-0002/11 Fecha Solicitud: 20/05/2011	Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica. Realizará exclusivamente actividades de venta de equipos de rayos X para asociarlos con equipos de litotricia extracorporea.	Las pruebas de aceptación de los equipos suministrados por el titular serán realizadas por ELECTROMEDICAL S.L. (ERX/V-0001)

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	ELECTRICIDAD IRUÑA S.L. (Berrioplano, Pamplona) OAR/0055 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/OAR-0055/11 Fecha Solicitud: 21/03/2011	Dispone de autorización para Comercialización y asistencia técnica de equipos generadores de rayos X de uso industrial de la marca BOSELLO HIGH TECHNOLOGY. <u>Modificación:</u> -Ampliación del rango de tensiones máximas de los generadores de los equipos incluidos en su autorización.	Se actualiza el condicionado completo.	-----

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS PAÍS VASCO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<p>MODIFICACION CSN-PV/IEV/MO-10/IRA-1335/11</p>	<p>TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL, S.L. AMURRIO (ÁLAVA) IRA-1335 Fecha de Solicitud: 30/05/2011</p>	<p>Instalación industrial destinada a la medición de nivel de acero líquido, control de espesores en fabricación de tubos y análisis elemental de metales y aleaciones por fluorescencia de rayos X.</p> <p>Solicitan autorización de modificación por adquisición del siguiente equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espectrómetro portátil de fluorescencia de la marca NITON, modelo XL3t, provisto de un generador de rayos X. 	<ul style="list-style-type: none"> - No existen deficiencias por resolver en esta instalación. - Considerando que se trata de una modificación por incorporación de un equipo similar a espectrómetro existente, no es necesario inspección previa a la Puesta en Marcha. - Se comprobará la modificación introducida en la próxima inspección de control.