

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 13-07-2011

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	ALABAIDA RESIDUOS S.L. (Almería) IRA/3126 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM /IRA-3126/11 Fecha Solicitud: 09/05/2011	Instalación industrial de control de procesos. Medida de nivel en planta de tratamiento de residuos verdes de invernadero por gasificación. Solicita Autorización para la posesión y uso de un equipo de medida de nivel de la marca BERTHOLD, modelo LB-440.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento con el fin de realizar inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica del equipo será realizada por el suministrador.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES
MODIFICACION	<p>BRUKER BIOSCIENCES ESPAÑOLA S.A. (Rivas Vaciamadrid, Madrid)</p> <p>OAR/0013</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-15, MO-16/OAR-0013/11</p> <p>Fecha Solicitud: 09/05/2011</p>	<p>Dispone de autorización para la comercialización y asistencia técnica de sistemas analíticos de rayos X con fines de investigación, control de calidad, análisis estructural de materiales y control de procesos.</p> <p><u>Modificación:</u></p> <p>Solicita incluir en su autorización equipos de la marca BRUKER AXS GmbH:</p> <ul style="list-style-type: none"> -De espectrometría de rayos X modelos ARTAX 200, ARTAX 400 y ARTAX 800. -De difracción de rayos X modelo APEX II DUO. 	Se actualiza el condicionado completo.