

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIAS 26 y 27-07-2011

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION Ref: CSN-GC/AUT/OAR-0058/2011	ACCELONIX IBÉRICA SL de Barcelona OAR-0058 Fecha de solicitud: 11.12.2009	Instalación dedicada a la comercialización y asistencia técnica de equipos exentos. Solicitan autorización para equipos de la firma SEC, modelo X-Eye 5000B, con aprobación de tipo NHM X286	No se incluye la condición relativa al control dosimétrico de los trabajadores expuestos ya que únicamente efectuarán el mantenimiento de partes externas de la cabina.	Los equipos se enviarán directamente desde fábrica a las instalaciones de los clientes. Si se requiere almacenar algún equipo, se almacenarán en las dependencias de Accelonix en c/..... Madrid. En caso de tener que intervenir sobre partes que no sean conectores, ordenador o software, se enviarán los equipos al fabricante SEC en Corea del Sur para su reparación