

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 28-09-2011

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	CLINICA ESPERANZA DE TRIANA. (Sevilla) IRA/3132 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM /IRA-3132/11 Fecha Solicitud: 25/05/2011	Instalación de medicina nuclear. Diagnóstico médico mediante PET/TC. Solicita Autorización para la posesión y uso de: -Isótopo en forma no encapsulada - Una gammacamara PET /TC , de la marca PHILIPS, modelo GEMINI TF 16 -Fuentes encapsuladas para verificación de instrumentación:	La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento con el fin de realizar inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica del equipo será realizada por el suministrador.
MODIFICACION	CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA . (Pamplona) IRA/0720 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-19 /IRA-0720/11 Fecha Solicitud: 07/04/2011	Instalación de producción y comercialización de radioisótopos para PET, de medicina nuclear y de radiodiagnóstico. <u>Modificación:</u> -Modificación de dependencias en el área de PET. -Equipo PET/CT de la marca SIEMMENS modelo mCT, provisto de un equipo CT. -Autorización para la posesión y uso isótopo en forma no encapsulada.		

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A. (Pozuelo de Alarcón, Madrid) IRA/2822 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-2822/2011 Fecha Solicitud: 31/05/2011	Instalación comercial e industrial. Importación, comercialización y asistencia técnica de aceleradores lineales de electrones para radioterapia; posesión y uso de un irradiador para comprobación de dosímetros y posesión y uso de fuentes encapsuladas para calibración de pórticos. <u>Modificación:</u> -Baja de un irradiador de la marca THERMO ELECTRON CORPORATION , modelo EPD Autoirradiador IRR-2, provisto de dos fuentes encapsuladas. -Autorización para la posesión y uso de un irradiador marca AEA TECHNOLOGY QSA Inc., modelo 773 con fuente encapsulada. -Comercialización de fuentes radiactivas exentas para comprobación de equipos.		El equipo que se da de baja no llegó a ser adquirido por el titular.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	INSTRUMENTOS Y COMPONENTES, S.A (Zaragoza) ERX/Z-0016 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/ERX/Z-0016/11 Fecha Solicitud: 30/05/2011	Modificación de Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica por ampliación de actividades. Realiza exclusivamente actividades de venta de equipos de rayos X para mamografía, radiodiagnóstico general y radiología intervencionista. Solicita autorización para realizar actividades de Asistencia Técnica de esos equipos.		

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIATIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<p>AUTORIZACION</p> <p>Ref: CSN-GC/AUT/IRA- /3142/2011</p>	<p>FERRALLES BATLLE SL de Granollers (Vallès Oriental - Barcelona)</p> <p>IRA-3142</p> <p>Fecha de solicitud: 8.06.2010</p>	<p>Instalación industrial dedicada a análisis instrumental por fluorescencia de rayos X</p> <p>Solicitan autorización para un equipo portátil Innov-X, modelo Delta.</p>	<p>Las funciones de protección radiológica de la instalación las efectuará la supervisora.</p> <p>El equipo será suministrado por KEMIA SL (IRA-2076), que efectuará el mantenimiento del mismo y gestionará su retirada cuando finalice su vida útil.</p>

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<p>MODIFICACION</p> <p>Ref: CSN-GC/MO/IRA- /2846/2011</p>	<p>MACRESAC SA de La Selva del Camp (Baix Camp – Tarragona)</p> <p>IRA-2846</p> <p>Fecha de solicitud: 12.07.2011</p>	<p>Instalación industrial dedicada a control de proceso.</p> <p>Solicitan autorización para:</p> <p>- 1 equipo radiactivo de la firma Betacontrol, modelo BC-MK 1.0.</p>	<p>La instalación dispone ya de un equipo similar en funcionamiento.</p> <p>Las funciones de protección radiológica de la instalación las efectúa el supervisor.</p> <p>El equipo será suministrado por Betacontrol GmbH como parte de un sistema Indicon One Compact.</p> <p>Cuando finalice su vida útil se gestionará la retirada de la fuente por venteo por Enresa.</p> <p>El mantenimiento del equipo será realizado por personal propio de Macresac SA.</p>

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS PAÍS VASCO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<p>AUTORIZACION</p> <p>CSN-PV/IEV/PM-01/IRA-3147/11</p>	<p>SPECTRO HISPANIA, S.L.</p> <p>ERANDIO (BIZKAIA)</p> <p>IRA-3147</p> <p>Fecha de Solicitud: 01/02/2010</p>	<p>Empresa especializada en la venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con aprobación de tipo de la marca SPECTRO (OAR/0046), mediante Resolución de fecha 10/12/2007 de la DGPEM del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.</p> <p>Solicitan la autorización de funcionamiento de nueva instalación radiactiva para la comercialización y asistencia técnica de los siguientes equipos generadores de radiación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espectómetros portátiles por fluorescencia de rayos X, de la marca SPECTRO, modelo XSORT, provisto de generador de rayos X. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ha sido necesario requerir información adicional en dos ocasiones a la solicitud de licenciamiento. - Considerando que se trata de una instalación de nueva inscripción, se estima necesario inspección previa a la Puesta en Marcha, según se indica en la ETF 10ª - Se establece en ETF 6ª que si se previese el cese de las actividades autorizadas o la representación de la marca de los equipos, se comunicará al CSN, dentro del mes siguiente al mismo.