

CSN/IEV/MO-4/SDP-1004/11

Madrid, 21 de diciembre de 2011

Ref.

Servicio de Dosimetría Personal Interna
del CIEMAT

Avda.:
28040 – Madrid

Atn:

ASUNTO: MODIFICACION DE LA AUTORIZACION DEL SERVICIO DE
DOSIMETRÍA PERSONAL INTERNA DEL CIEMAT

Dña....., en representación del Servicio de Dosimetría Personal Interna del CIEMAT presentó en el Consejo de Seguridad Nuclear, con fecha 20 de enero de 2011, (nº de registro de entrada 723) la solicitud de modificación de la autorización del Servicio de Dosimetría Personal Interna.

El Consejo de Seguridad Nuclear, en su reunión de 21 de diciembre de 2011, ha estudiado la solicitud mencionada, así como el informe que, como consecuencia de las evaluaciones realizadas, ha efectuado la Dirección Técnica de Protección Radiológica y ha acordado modificar la autorización del citado Servicio de Dosimetría Personal Interna, siempre y cuando el funcionamiento quede sometido a las especificaciones técnicas que figuran en el anexo. Este acuerdo se ha tomado en cumplimiento del apartado i) del artículo 2º de la Ley 15/1980.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación del mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 46 y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo Consejo de Seguridad Nuclear en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, según lo dispuesto en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Fdo.: Purificación Gutiérrez
SECRETARIA GENERAL

ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE
DOSIMETRÍA PERSONAL INTERNA DEL CIEMAT

1. La autorización que se concede es a favor del Servicio de Dosimetría Personal Interna (en adelante, SDPI) del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), sito en el número 22 de lade Madrid.
2. La presente autorización se refiere a:
 - 2.1. La realización de dosimetría personal interna a partir de la medida directa de la radiactividad corporal de emisores gamma mediante la utilización de Contadores de Radiactividad Corporal (CRC) con sistemas de detección NaI(Tl), LE Ge y Contador FASTSCAN por espectrometría gamma.
 - 2.2. La realización de dosimetría personal interna a partir de la medida indirecta de la radiactividad corporal por bioeliminación, efectuada mediante:
 - Determinación de isótopos de Plutonio, Americio, Uranio, Torio y/o Curio en orina/heces por Espectrometría Alfa.
 - Determinación de isótopos ^3H , ^{14}C , ^{35}S , ^{32}P y/o ^{90}Sr en orina por Espectrometría de Centelleo en Fase Líquida.
 - Determinación de Uranio Natural en orina por Fosforimetría Cinética Inducida por Láser.
3. El SDPI de CIEMAT deberá mantener en activo los medios humanos y técnicos descritos en la Memoria descriptiva remitida al CSN como apoyo a la solicitud de modificación de autorización del Servicio.

Todo cambio en los medios técnicos o humanos disponibles a la fecha de esta autorización, que modifiquen de modo significativo los términos y condiciones en que ha sido concedida, o que puedan significar variación en relación con el funcionamiento del Servicio, deberá ser notificado al CSN.
4. El SDPI deberá mantener en vigor los aspectos de funcionamiento y metodología contemplados en la Memoria de solicitud de modificación del Servicio remitida al CSN, así como los procedimientos de trabajo donde dichos aspectos son desarrollados.

Las revisiones o modificaciones que se lleven a cabo en la sistemática de trabajo del SDPI deberán quedar reflejadas en los procedimientos de trabajo y deberán ser notificadas al CSN.
5. Las actividades que se autorizan por la presente resolución se regirán, además de lo indicado anteriormente, por las condiciones que se indican a continuación:
 - 5.1. En cuanto a los medios humanos necesarios para el funcionamiento del SDPI, serán de aplicación los requisitos descritos en la Guía 7.1. Rev. 1 del CSN

sobre Requisitos técnico-administrativos para los servicios de dosimetría personal.

- 5.2. Se establecerá como nivel de registro e investigación aquel valor de la actividad medida que, extrapolada al instante de la incorporación, de lugar a una dosis efectiva comprometida E(50) de 1 mSv en un año.

Cuando la actividad medida resulte inferior al nivel de registro se considerará a todos los efectos como una medida de fondo, tratándose como cero en el cómputo anual de dosis. No obstante, se archivarán y mantendrán en el SDPI los registros asociados a dichos contajes.

Para aquellos radioisótopos en los que, como consecuencia de sus características físicas y biológicas, la actividad mínima detectable (AMD) o el límite de detección (LD) asociado a la técnica de medida sea superior al nivel de registro, se seguirá la sistemática de asignar dosis siempre que se obtengan valores superiores a la citada AMD/LD.

- 5.3. La superación del nivel de registro e investigación requiere que, en colaboración con la instalación en que el trabajador involucrado haya desarrollado su actividad laboral, se adopten las actuaciones necesarias para confirmar los cálculos iniciales mediante la realización de contajes adicionales, y cuando resulte pertinente, mediante la utilización de técnicas complementarias.
- 5.4. Se establecerá como nivel de intervención aquel valor de la actividad medida que, extrapolada al instante de la incorporación, de lugar a una dosis efectiva comprometida, E(50) de 5 mSv en un año.
- 5.5. La superación del nivel de intervención requiere que, en colaboración con la instalación en que el trabajador involucrado haya desarrollado su actividad laboral, se adopten las actuaciones necesarias para confirmar los cálculos iniciales mediante la realización de contajes adicionales y, cuando resulte pertinente, en función de los resultados obtenidos en dichos contajes:
- Mediante la utilización de técnicas de medida complementarias (medidas en CRC o bioeliminación, según proceda)
 - Mediante la caracterización química y granulométrica del contaminante (Tipo de Absorción, tamaño de partículas, etc.).
 - Mediante la corrección, si procede, de los parámetros correspondientes a una evaluación dosimétrica estándar (recomendaciones de ICRP78 o sus actualizaciones).
- 5.6. El SDPI establecerá en sus procedimientos de trabajo el programa de vigilancia de la contaminación interna donde se detallen los aspectos relativos a la frecuencia de realización de los controles rutinarios. Se establecerá, asimismo, la frecuencia con que se realizarán los controles repetitivos asociados a la superación del nivel de registro e investigación, que deberá ser

acorde con el período físico y biológico de los contaminantes que se hayan detectado, y con las características de los equipos de medida utilizados.

Cualquier modificación en los programas de vigilancia de la contaminación interna deberá estar sustentada por análisis o estudios registrados en el SDPI, y será comunicada al CSN.

- 5.7. Los aspectos relativos a las verificaciones y al mantenimiento preventivo de los equipos de medida y de los sistemas de gestión a ellos asociados, quedarán recogidos en un procedimiento de trabajo. En la elaboración de los mismos se tendrán en cuenta los criterios establecidos al respecto en la Guía 7.1. Rev.1 del Consejo de Seguridad Nuclear.

Se deberá asegurar una pronta asistencia técnica ante situaciones de avería de dicho equipamiento.

El SDPI mantendrá registros de las operaciones de verificación, mantenimiento y reparación que se lleven a cabo, indicando la persona o entidad responsables de dichas operaciones.

- 5.8. La metodología general para la estimación de las dosis resultantes de la incorporación de radionucleidos se ajustará a las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, de acuerdo a las siguientes publicaciones y sus actualizaciones:

- Modelo dosimétrico del sistema respiratorio de ICRP-66.
- Modelo dosimétrico del tracto gastrointestinal de ICRP-30.
- Funciones de retención y excreción de ICRP-78.
- Modelo sistémico de ICRP-56 para yodo y tritio.
- Modelo sistémico de ICRP-67 para neptunio, plutonio, americio.
- Modelo sistémico de ICRP-67 para estroncio y alcalino-térreos.
- Modelo sistémico de ICRP 69 para hierro, uranio, torio.

- 5.9. Para la estimación de las dosis se contará con el apoyo de los siguientes códigos de cálculo:

- Código *IMBA*, o revisiones posteriores de dicho código que hayan sido sometidas a un proceso de validación cuyos resultados hayan sido aceptados por el CSN.
- Código *AIDE*, o revisiones posteriores de dicho código que hayan sido sometidas a un proceso de validación cuyos resultados hayan sido aceptados por el CSN.
- Código *INDAC*, o revisiones posteriores de dicho código que hayan sido sometidas a un proceso de validación cuyos resultados hayan sido aceptados por el CSN.

La utilización de códigos de cálculo diferentes a los aquí indicados precisará de una notificación al CSN previa a su implantación.

- 5.10. El SDPI archivará cuanta información resulte necesaria para poder reproducir el cálculo de las dosis estimadas por dicho Servicio.

Si dicha información se archivara en soporte informático, deberán proveerse las salvaguardias necesarias para asegurar que, en cualquier momento, dicha información es recuperable.

Los aspectos relativos al registro y archivo de la información dosimétrica y las salvaguardias utilizadas para asegurar la recuperabilidad de dicha información, deberán estar recogidos en procedimiento de trabajo.

- 5.11. El sistema de archivo de datos será en todo momento accesible al CSN, y será acorde con los requerimientos contenidos a este respecto en la Guía 7.1. Rev.1. del CSN.

6. En relación con los Contadores de Radiactividad Corporal:

- 6.1. La calibración de los contadores de radiactividad corporal con sistemas de detección NaI(Tl), LE Ge y Contador FASTSCAN, deberá realizarse de acuerdo con los siguientes criterios.

- Con periodicidad 5 años se efectuará una calibración primaria de los CRC mediante la utilización de un maniquí BOMAB tipo hombre estándar con contenido en fuentes líquidas, con un maniquí tiroideo con [I-131 /I-131 simulado] y [I-125 /I-125 simulado], según proceda.
- Con una periodicidad anual se efectuará una verificación de las condiciones de calibración.
- La calibración primaria a realizar con maniquí de fuentes líquidas y maniquí de tiroides se repetirá cuando los resultados de las verificaciones anuales revelen desviaciones superiores a los límites aceptables, siempre tras la sustitución de componentes de los sistemas que modifiquen significativamente los datos de la adquisición, o ante cualquier situación de las que pueda deducirse una variación significativa en las condiciones operativas de los mismos.

Se podrá admitir una tolerancia máxima de 3 meses para el cumplimiento de los períodos de calibración fijados en esta especificación.

El SDPI archivará los ficheros e informes generados como parte de los procesos de calibración primaria y verificaciones secundarias de los CRC.

- 6.2. El sistema de adquisición de datos utilizado en los sistemas de detección del CRC será la aplicación informática Abacos2000/Genie2000, o revisiones posteriores de dicha aplicación. Las revisiones posteriores de estas aplicaciones precisarán haber sido sometidas a un proceso de validación cuyos resultados hayan sido comunicados al CSN.

Los aspectos relacionados con el funcionamiento práctico del sistema de adquisición de datos de los CRC quedarán recogidos en un procedimiento de trabajo.

- 6.3. El sistema de espectrometría y cálculo de la actividad asociada a la medida o contaje utilizado por el SDPI será el código Abacos2000/Genie2000, o una revisión posterior de dicho código que haya sido sometida previamente a un proceso de validación, siendo los resultados del mismo comunicados al CSN.

Los aspectos relacionados con el funcionamiento práctico del sistema de espectrometría y cálculo de actividad asociada a la medida quedarán recogidos en un procedimiento de trabajo.

- 6.4. Se establecerán las medidas operativas que resulten pertinentes para tratar de asegurar la ausencia de contaminación externa en los individuos que se sometan a control en los contadores de radiactividad corporal. Como complemento a esas medidas, y con objeto de poder verificar su efectividad, el SDPI dispondrá de sistemas adecuados para la detección y medida de la contaminación externa. Adicionalmente, en la preparación del sujeto antes de efectuar la medida se tendrán en cuenta los aspectos incluidos al respecto en la Guía 7.1. Rev.1. del CSN.
- 6.5. Los ensayos no normalizados y los desarrollados por el Laboratorio deberán ser validados antes de su primer uso, así como cualquier método normalizado que haya sido modificado o ampliado fuera de su alcance especificado. El proceso de validación de los ensayos deberá quedar registrado y archivado.

7. En relación con la dosimetría interna por Bioeliminación:

- 7.1. Los equipos de medida deberán estar sometidos a un programa de mantenimiento preventivo y a controles de calidad periódicos.
- 7.2. La calibración periódica de los equipos de medida se realizará utilizando fuentes certificadas o trazables a algún laboratorio de referencia. El proceso de calibración deberá estar recogido en procedimiento, debiendo conservarse los registros que se generen como consecuencia de su puesta en práctica.
- 7.3. La trazabilidad de cualquier muestra analizada por el laboratorio deberá estar garantizada a lo largo de todo el proceso, desde el momento de su recogida hasta la emisión final del informe de actividad.
- 7.4. Las muestras de orina requerirán una determinación adicional antes de ser procesadas mediante la determinación del contenido en creatinina por espectrofotometría. Esta cuantificación permite la aceptación ó rechazo objetivo de la muestra y la normalización del volumen de orina al correspondiente volumen de una muestra de 24 horas.
- 7.5. Los ensayos no normalizados y los desarrollados por el Laboratorio deberán ser validados antes de su primer uso, así como cualquier método normalizado que haya sido modificado o ampliado fuera de su alcance especificado. El proceso de validación de los ensayos deberá quedar registrado y archivado.

- 7.6. El software utilizado será el Genie 2000 para Espectrometría Alfa, el QuantaSmart para Espectrometría de Centelleo en Fase Líquida y el KPAWin para la Fosforimetría Cinética Inducida por Láser y sus actualizaciones.
- 7.7. El SDPI del CIEMAT deberá llevar a cabo un programa de control de calidad sobre sus medidas.

En el marco de este programa, deberá participar en los ejercicios de intercomparación organizados por organismos nacionales e internacionales.

La ejecución del programa de control de calidad deberá quedar debidamente documentada.

8. El SDPI deberá remitir al CSN información dosimétrica con la periodicidad y contenido mínimo que se indica a continuación:

- 8.1. Con periodicidad mensual se remitirá:

- Listado de aquellos casos que supongan una potencial superación de 20mSv, incluyendo información relativa a:
 - o Identificación (no nominal) de la persona involucrada.
 - o Empresa en la que presta servicios.
 - o Radionucleidos contaminantes.
 - o Dosis asignada.
 - o Posibles causas.
- Listados de aquellos casos con dosis superiores a 1mSv y con dosis superiores a 5mSv.

- 8.2. Con periodicidad anual se remitirá un resumen de los controles realizados por el SDPI en el que se refleje:

- El número de personas vigiladas.
- El número de personas con dosis superiores a 1mSv.
- El número de personas con dosis superiores a 5mSv.

Para cada uno de aquellos casos que impliquen una superación del nivel de registro se remitirá información que incluya los mismos aspectos descritos en el apartado anterior en relación con la información a remitir en caso de que se produzca una potencial superación de 20 mSv.

- 8.3. En aquellos casos en que se asignen dosis internas a trabajadores expuestos, se remitirán al CSN en soporte informático los datos destinados a la carga y explotación del Banco Dosimétrico Nacional, o, cuando proceda, éstos se proporcionarán a la instalación en que el trabajador involucrado haya desarrollado su actividad laboral, para que ésta pueda facilitar los datos al CSN.

9. El SDPI del CIEMAT participará en los controles y campañas de intercomparación sobre fiabilidad de las medidas y estimaciones de dosis, que organizados por el CSN, se lleven a cabo con la participación de los diferentes SDPI autorizados por este Organismo.
10. El CSN remitirá al titular las instrucciones complementarias pertinentes para el mejor cumplimiento y verificación de estas condiciones. El CSN podrá modificar en cualquier momento las condiciones de la presente autorización a la vista de la experiencia acumulada, la evolución técnica en la materia, la entrada en vigor de nueva normativa, los resultados obtenidos por el SDPI o cualquier otra razón justificada.
11. La presente autorización mantendrá su vigencia en tanto en cuanto se mantengan inalteradas las condiciones que llevaron a su otorgamiento. En caso contrario, así como en supuestos de incumplimiento no sancionable, tanto de la normativa aplicable como del condicionado de esta autorización, y con el objeto de preservar la seguridad y protección radiológica, el CSN, como entidad otorgante, podrá suspender total o parcialmente y revocar dicha autorización mediante Resolución motivada.