

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 25-01-2012

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	ENRIQUE FRUTOS E HIJOS S.A. (Alcalá de Guadaira, Sevilla) IRA/3156 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA- 3156/12 Fecha Solicitud: 24/11/2011	Instalación industrial de análisis instrumental. Análisis de chatarras de aleaciones metálicas mediante fluorescencia de rayos X. Solicita autorización para la posesión y uso de un equipo portátil de fluorescencia de rayos x de la marca NITON, modelo XL2.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica de equipo será realizada por el suministrador.
MODIFICACION	SIEMENS S.A. (Tres Cantos, Madrid) IRA/2639 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/IRA- 2639/12 Fecha Solicitud: 13/10/2011	Instalación de fabricación, control de calidad y asistencia técnica de equipos generadores de rayos x para radiodiagnóstico. <u>Modificación:</u> Ampliación de las dependencias de la instalación por incorporación de dos nuevas cabinas blindadas.		Se eliminan de la autorización las disposiciones relativas a la fabricación ya que desde la publicación del R.D. 1085 de 2009 por el que se modifica el RINR la fabricación de equipos de RX médicos no requiere autorización según el artículo 74 del RINR.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	BIOMEDICAL TECNOLOGÍA VET, S.L. (Valladolid) ERX/VA-0005 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/ERX/VA-0005/12 Fecha Solicitud: 30/11/2011	Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica. Realizará exclusivamente actividades de venta de equipos de rayos X para veterinaria.	Las pruebas de aceptación de los equipos suministrados por el titular serán realizadas por D. DAVID AGUILERA DIEZ (ERX/M-0121).
AUTORIZACION	JOSE ALBERTO GONZALEZ MARTÍN (Valladolid) ERX/O-0014 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/ERX/O-0014/12 Fecha Solicitud: 29/07/2011	Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica. Realizará actividades de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X para diagnóstico dental.	
AUTORIZACION	DEONTAL SUMINISTROS DENTALES, S.L. (Madrid) ERX/M-0122 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT/ERX/M-0122/12 Fecha Solicitud: 14/07/2011	Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica. Realizará exclusivamente actividades de venta de equipos de rayos X para diagnóstico dental.	Las pruebas de aceptación de los equipos suministrados por el titular serán realizadas por POSITRONICA S.A. (ERX/GC-0001).

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES
MODIFICACION	BIO BUSINESS TECHNOLOGY S.L. (Madrid) OAR/0044 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/OAR-0044/12 Fecha Solicitud: 22/09/2011	Entidad autorizada para importación, exportación, comercialización y asistencia técnica de equipos generadores de rayos X, para microtomografía computarizada, de la marca SCANCO MEDICAL con aprobación de tipo. <u>Modificación:</u> Incorporación a la autorización de nuevos equipos de la marca indicada, modelos micro CT 80 y micro CT 81, incluidos en la aprobación de tipo de referencia NHM-X0253.	Se actualiza el condicionado completo.