PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 15-02-2012

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	GESTION HOSPIDOS S.L. (Madrid) IRA/3148 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM4/IRA-3148/12 Fecha Solicitud: 17/08/2011	Instalación médica de radioterapia (teleterapia y braquiterapia). Solicita autorización para la posesión y uso de: - Un equipo acelerador lineal de electrones para radioterapia de la marca VARIAN, modelo Clinac DHX High Performance,. Incorpora sistema de guiado por imagen. -Un equipo automático de braquiterapia de alta tasa de dosis y carga diferida de la marca VARIAN, modelo HDR Varisource Ix.	-Especificación 12ª, requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha. -Especificación 13ª, permite la operación del acelerador para formación, realización de pruebas, verificaciones dosimétricas y geométricas y comprobación preliminar de blindajes. -Especificación 14ª, establece la documentación a remitir al CSN junto la solicitud para realizar la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. -Especificación 15ª, requiere que se efectúe una dosimetría de área en zonas adyacentes al bunker durante el primer año de funcionamiento del acelerador. -Especificación 16ª requiere la instalación de un detector con alarma en la entrada al recinto del equipo de braquiterapia. - Especificación 17ª Requiere que la primera carga de las fuentes del equipo de braquiterapia se realice en presencia de la inspección del CSN	La instalación estará ubicada en el Hospital IMED Elche, Alicante. La asistencia técnica de los equipos será realizada por el suministrador. El titular recibirá asesoramiento en materia de protección radiológica de la UTPR Lainsa.