

PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 06-03-2012

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO (Sevilla) IRA/0066 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-14/IRA-0066/12 Fecha Solicitud: 24/01/2012	Instalación médica de radioterapia (teleterapia y braquiterapia). Solicita autorización para la posesión y uso de: - Un equipo acelerador lineal de electrones para radioterapia de la marca VARIAN, modelo Clinac DHX High Performance.	-Especificación 12ª, requiere la comunicación al CSN cuando la modificación de la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha. -Especificación 13ª, permite la operación del acelerador para formación, realización de pruebas, verificaciones dosimétricas y geométricas y comprobación preliminar de blindajes. -Especificación 14ª, establece la documentación a remitir al CSN junto la solicitud para realizar la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. -Especificación 15ª, requiere que se efectúe una dosimetría de área en zonas adyacentes al bunker durante el primer año de funcionamiento del acelerador.	El hospital tiene cuatro instalaciones radiactivas autorizadas. El hospital dispone de un Servicio de protección radiológica autorizado por el CSN.