

PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 28-03-2012

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	ELECMED MEDICAL SYSTEMS S.L. (San Martín de la Vega, Madrid) IRA/3145 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3145/12 Fecha Solicitud: 21/07/2011	Instalación comercializadora. Comercialización y asistencia técnica de equipos para aplicaciones médicas. Solicita autorización para la comercialización y asistencia técnica de sistemas híbridos Anyscan PET/SPECT/CT de la marca MEDISO Medical Imaging Systems, con generador de Rayos X.	La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor.

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACION CSN-GC/MO/ IRA/0076/2012	Institut Català de la Salut - ICS, Hospital Universitari Joan XXIII (IRA-0076) de Tarragona (Tarragonès). Fecha de la solicitud: 9.11.2011	Instalación destinada a medicina nuclear y radioinmunoensayo. Solicitan: . Dar de alta una gamma-cámara con un equipo SPECT/TC, de la firma Siemens, modelo Symbia T, . Dar de baja la sala de exploraciones complementarias / sala captaciones tiroideas	- Es preceptiva la inspección previa a la puesta en marcha de la modificación. - La protección radiológica operacional la llevarán a cabo a través del propio personal con licencia de la instalación y el soporte de la UTPR Acpro SL. - El equipo lo verificarán con la periodicidad establecida por la legislación vigente o el fabricante.