

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 11-05-2012

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	RETIRO ALCALÁ S.L. (Madrid) IRA/3134 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA- 3134/12 Fecha Solicitud: 26/04/2011.	Instalación de medicina nuclear. Laboratorio de radioisótopos no encapsulados para diagnóstico y tratamiento médicos. Solicita autorización para la posesión y uso de: - radioisótopos no encapsulados y fuentes encapsuladas para verificación de instrumentación.	La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La solicitud ha sido objeto de petición de información adicional completada por el titular en abril de 2012. La solicitud fue realizada por el titular con la razón social Clínica Retiro II S.L.

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIATIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
<p style="text-align: center;">MODIFICACION</p> <p>Ref:CSN-GC/MO/IRA/2015/2012</p>	<p>Siemsa y Control de Sistemas S.A.</p> <p>P.I. Riu Clar, c/ La Plata, 3, Tarragona.</p> <p>IRA-2015</p> <p>Fecha de solicitud: 16.08.2011</p>	<p>Instalación comercializadora de equipos radiactivos de la marca Berthold, incluyendo asistencia técnica.</p> <p>Solicitan autorización para cambio de ubicación de la instalación (incluye búnker).</p>	<p>-Sistemas para la recogida fuentes o equipos que puedan constituir residuos.</p> <p>- Medida de tasa de dosis cuando haya fuentes en el búnker.</p> <p>- Dosímetros de lectura directa durante asistencia técnica.</p>	<p>Las funciones de protección radiológica de la instalación las efectúa el supervisor</p> <p>Los equipos son suministrados y retirados directamente por el fabricante Berthold en Alemania.</p>