

**PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 26-09-2012**

Trámite Simplificado

**INSTALACIONES RADIATIVAS**

<b>INFORME</b>	<b>SOLICITANTE O TITULAR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CONDICIONES ESPECIALES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
AUTORIZACION	CANLEMAR.S.A. (Puentedeume, La Coruña)  IRA/3178 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3178/12  Fecha Solicitud: 20/07/2011	Instalación industrial para medida de densidad con fines de control de procesos.  Solicita autorización para la posesión y uso de dos equipos medidores de densidad de la firma Berthold, modelo LB-7442-D-CR.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor.  La asistencia técnica de los equipos será realizada por el suministrador.
MODIFICACION	ALTER TECHNOLOGY-TÜV NORD S. AU. (Sevilla)  IRA/2141 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1,MO-2/IRA-2141/12  Fecha Solicitud: 09/22/2011 y 24/04/2012	Instalación industrial de inspección por rayos X de componentes electrónicos.  Solicita autorización para la posesión y uso de un equipo de rayos X marca XTEK Systems LTD, modelo CPXS 160XI.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la Modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica es el supervisor.  La asistencia técnica de equipo será realizada por el suministrador.  La instalación dispone de otro equipo de rayos X para la misma actividad