PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 27-02-2013

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON . (Madrid) IRA/0213 A Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-12/IRA-0213 A/13 Fecha Solicitud: 08/06/2012	Instalación médica de radioterapia (teleterapia y braquiterapia). <u>Modificación:</u> Solicita autorización para la posesión y uso de un acelerador lineal de electrones portátil para radioterapia intraoperatoria de la marca SORDINA, modelo LIAC	Especificación 12ª, requiere la comunicación al CSN cuando el nuevo acelerador esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. -Especificación 13ª, permite operar el nuevo acelerador para formación, realización de pruebas, verificaciones dosimétricas y geométricas y comprobación preliminar de blindajes. -Especificación 14ª, establece la documentación a remitir al CSN junto con la solicitud para realizar la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. -Especificación 15ª, requiere que se efectúe una dosimetría de área en zonas adyacentes al bunker durante el primer año de funcionamiento de los nuevos aceleradores.	El Hospital dispone de seis instalaciones radiactivas autorizadas. El Hospital dispone de un Servicio de Protección Radiológica Autorizado por el CSN.