PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 08-10-2013

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	AIRGRUP LOGISTICA Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES AERONAUTICOS S.L. (Sevilla) IRA/2523 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-2523/13 Fecha Solicitud: 28/06/2013	Instalación de radiografía industrial mediante rayos X. Modificación Solicita autorización para la posesión y uso de un nuevo equipo de rayos X para radiografía industrial de la marca YXLON, modelo MU 2000 225kV XL.	Se actualiza el condicionado completo.	
AUTORIZACIÓN	ANTONIO ESPÑA E HIJOS S.L. (Huelva) IRA/3260 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3260/13 Fecha Solicitud: 06/08/2013	Instalación industrial de análisis instrumental. Control de materiales mediante fluorescencia de rayos X. Solicita autorización para la posesión y uso de un equipo de fluorescencia de rayos X de la marca NITON, modelo XL2.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor. La asistencia técnica de los equipos será realizada por el suministrador.