PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 13-11-2013

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	<p>CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (Granada)</p> <p>IRA/2947 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2947/13</p> <p>Fecha Solicitud: 19/12/2012</p>	<p>Instalación de investigación y docencia. Laboratorio de radioisótopos no encapsulados para realizar determinaciones “in vivo” e “in vitro”.</p> <p><u>Modificación:</u> -Autorización para realizar las pruebas de hermeticidad de las fuentes no exentas autorizadas en la instalación. -Autorización para poner a disposición el uso de las instalaciones para empresas externas. -Autorización para la ampliación de algunas fuentes no encapsuladas.</p> <p>-Actualización del reglamento de funcionamiento y de los procedimientos internos a la norma UNE en ISO 9001:2008 y a la normativa vigente.</p>	Se actualiza el condicionado completo.	
MODIFICACION CLAUSURA	<p>ELEKTA MEDICAL S.A.U. NUCLETRON S.A.U. (Madrid)</p> <p>IRA/0735 B, IRA/1969 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-12/IRA-0735 B/CL/IRA-1969/13</p> <p>Fecha Solicitud: 04/07/2013</p>	<p>Instalaciones comercializadoras. Comercialización y asistencia técnica de equipos generadores y equipos radiactivos para usos médicos.</p> <p><u>Modificación:</u> -La entidad Elekta ha absorbido a la entidad Nucletron. Elekta solicita la incorporación a su autorización como instalación radiactiva (IRA/ 0735 B) las actividades que tiene autorizadas la instalación radiactiva de Nucletron (IRA/1969): Comercialización y asistencia técnica de equipos de braquiterapia, sistemas para implantes de fuentes encapsuladas en forma de semillas y sistemas de rayos x para simulación o guiado de tratamientos de radioterapia. -Clausura de la instalación radiactiva de Nucletron (IRA/1969). -Ampliación de la autorización de Elekta (IRA/0735) para incluir actividades de comercialización y asistencia técnica de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipos de radioterapia superficial marca NUCLETRON, modelo Esteya (sistemas de braquiterapia electrónica) • Aceleradores lineales de electrones para radioterapia de la marca ELEKTA, modelo Versa HD. 	Se actualiza el condicionado completo.	

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES
AUTORIZACION	EADS CASA. (Madrid) OAR/0086 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0086/13 Fecha Solicitud: 29/07/2013	Solicita autorización para comercialización de aeronaves AIRBUS MILITARY, modelo A400M.	En las especificación 4ª se requiere a titular que indique a los usuarios que: -No deben manipular las cajas de ignición. -Cuando se detecten daños que impliquen a la fuente radiactiva se pongan en contacto con EADS CASA. -Las cajas de ignición al final de su vida útil sean devueltas al suministrador.

AUTORIZACION PARA FABRICACIÓN DE APARATOS, EQUIPOS O ACCESORIOS RADIACTIVOS O GENERADORES

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	EADS CASA. (Madrid) FER/0020 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/FER-0020/13 Fecha Solicitud: 29/07/2013	Solicita autorización para montaje de aeronaves AIRBUS MILITARY, modelo A400M.		