

PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 27-11-2013

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIATIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION Ref: CSN-GC/IEV/PM-01/-IRA/3263/2013 Fecha de solicitud: 31.07.2013	ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (de Terrassa – Vallès Occidental, Barcelona) IRA-3263	Instalación industrial dedicada a análisis instrumental. Solicitan autorización para un equipo analizador portátil por fluorescencia de rayos X de la firma NITON, modelo XL3t.	Deberá realizarse una inspección previa a la Notificación de puesta en marcha de la instalación.	Las funciones de protección radiológica de la instalación las efectuará el supervisor. El equipo será suministrado por Panatec SL, que realizará también su mantenimiento y la retirara cuando finalice la vida útil del equipo.