

PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 18-12-2013

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	ONCOLOGÍA DEL SUR, S.L. Málaga IRA-2864 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA- 2864/2013 Fecha Solicitud: 19/11/2013	Instalación radiactiva médica de radioterapia - Incorporación de un equipo automático de braquiterapia de alta dosis, modelo FLEXITRON HDR.		El equipo se instalará en la sala en que se aloja el acelerador lineal ya autorizado. El servicio técnico, incluyendo cualquier sustitución de la fuente, lo efectuará ELEKTA MEDICAL, S.A. No se pondrá en marcha hasta pasar la preceptiva inspección del CSN.

Trámite Simplificado

MODIFICACIÓN INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
Referencia informe técnico: CSN/IEV7AUT-6/IRA-2940/13	CIEMAT IR-05 Laboratorio de Radiactividad Ambiental Fecha Solicitud: 23/07/2013	El Laboratorio Radiactividad Ambiental, perteneciente al CIEMAT, solicita una modificación por reducción del inventario autorizado con la renuncia al inventario de fuentes encapsuladas. En este sentido, se ha procedido a la revisión y actualización de la documentación preceptiva de acuerdo a las necesidades actuales.	-----	-----

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	DIB DENTAL, S.L. (Palma de Mallorca, Islas Baleares) ERX/PM-0010 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/ PM-0010/13 Fecha Solicitud: 19/09/2013	Autorización e inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico. Realizará e actividades de venta de equipos de rayos X para : diagnóstico dental		Las pruebas de aceptación de los equipos suministrados por el titular serán realizadas por PEDRO GARCÍA CARPINTERO (ERX/PM-0009)

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
<p>MODIFICACION CSN-GC/IEV/MO-34/IRA-0017/2013</p>	<p>Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (IRA-0017) de Barcelona (Barcelonès), provincia de Barcelona. Fecha de la solicitud: 8.07.2013</p>	<p>Instalación destinada a poseer y usar material y equipos radiactivos para el diagnóstico y la terapia en régimen ambulatorio y hospitalario, en medicina nuclear. Solicitan: Modificar dependencias</p>	<p>- Para estimar las dosis en las manos, el personal de la cámara caliente portará, además del dosímetro de solapa, dosímetros de muñeca. El personal que manipule e inyecte F-18 llevará dosímetro de anillo. - Al iniciar el funcionamiento de la instalación modificada, se enviarán los resultados de las medidas de niveles de radiación efectuadas para verificar que los blindajes de la instalación modificada son idóneos. Se identificarán claramente los puntos de medida en un plano, y las condiciones de las medidas, que deberán ser las más desfavorables. - Durante el primer año de funcionamiento de la instalación, el titular controlará los niveles de radiación en la sala PET-TC y en la nueva sala de administración de dosis PET con dosímetros en los puntos más significativos para poder determinar las dosis del personal y del público que las ocupan. Trimestralmente se enviarán al SCAR los resultados de las lecturas de dichos dosímetros con su valoración.</p>	<p>- Es preceptiva la inspección previa a la puesta en marcha de la modificación. - El Hospital Clínic i Provincial de Barcelona dispone de otras instalaciones radiactivas en el mismo centro, que son las siguientes: IRA-0861 (laboratorios) e IRA-0870 (radioterapia). El Hospital Clínic i Provincial de Barcelona dispone de un SPR.</p>