

**PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 19-03-2014**

Trámite Simplificado

**INSTALACIONES RADIATIVAS**

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	Nombre: Papeles y Cartones de Europa, S.A. (EUROPAC) Dueñas (Palencia)  IRA/1406  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6/IRA-1406/14  Fecha Solicitud: 6/02/2014	Autorización de modificación de la IRA EUROPAC:  - Se autoriza la incorporación de un equipo medidor de gramaje de la marca Metso Automation, modelo IQ BWM2.		El nuevo equipo será suministrado por Metso Automation España, S.A.U., que dispone de autorización para la asistencia técnica a este equipo (OAR/0034), que además será la empresa encargada para la realización del mantenimiento y asistencia técnica del equipo.
MODIFICACION	Nombre: ALCOA Transformación de Productos S.L. MADRID  IRA/0348 A  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-13/IRA-0348 A/14  Fecha Solicitud: 20/09/2011	Autorización de modificación de la IRA ALCOA Transformación de Productos S.L.:  - Se autoriza dar de baja dos equipos de rayos X, medidores de espesor, de la firma MEASUREX modelo 2249.  - Se autoriza dar de alta un equipo de rayos X para medida de espesor de la firma IMS Messysteme, marca COMET modelo MXR-101.		La evaluación de la modificación se ha demorado debido a que la casa suministradora del equipo de nueva adquisición carecía de autorización para la venta y asistencia técnica de los mismos. En febrero de 2014 se informa la autorización para comercialización y asistencia técnica de estos equipos a IMS SISTEMAS DE MEDIDA, S.L., (IRA-3203) y a continuación se elabora este informe.  Aunque el titular de la IRA tiene sede en Madrid, la instalación está localizada en Alicante, por lo que la tramitación de la solicitud la realiza la Generalitat Valenciana.

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	<p>Nombre: Torraspapel, S.A. ZARAGOZA</p> <p>IRA/0821</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-16/IRA-0821/14</p> <p>Fecha Solicitud: 6/02/2014</p>	<p>Autorización de modificación de la IRA Torraspapel, S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se autoriza la baja de los siguientes equipos: 1) un equipo de medida de gramaje de la firma Accuray Corp.; 2) un equipo generador de rayos X para la determinación de cenizas de la firma Microtec Ash Sensor, modelo 3135.</li> <li>- Se autoriza la incorporación de los siguientes equipos: 1) dos equipo de medida de gramaje de la firma Metso, serie IQWeight, modelo BWM2 ; 2) un equipo medidor de cenizas la firma Metso, serie IQAsh, modelo ASM; 3) dos equipos de medida de gramaje de la firma Metso, serie IQWeight, modelo BWM2; 4) un equipo medidor de cenizas la firma Metso, serie IQAsh, modelo ASM.</li> </ul>		<p>La modificación está motivada por la instalación de una nueva línea de producción de papel, denominada MP7 y la reforma de una de las líneas de producción existentes, denominada MP6.</p> <p>Las nuevas fuentes serán suministradas e instaladas METSO AUTOMATION ESPAÑA, entidad autorizada (OAR/0034) que también prestará la asistencia técnica.</p> <p>Los equipos retirados retirados quedarán almacenados en el recinto de almacenamiento temporal que tienen autorizado al efecto.</p>

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	<p>Nombre: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CÓRDOBA</p> <p>IRA/0808</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-0808-A/2014</p> <p>Fecha Solicitud: 14/10/2013</p>	<p>Autorización de modificación de la IRA por ampliación de la Instalación Radiactiva, con el objeto de incluir las instalaciones del Instituto Maimónides de Investigaciones Biomédicas de Córdoba (IMIBIC): Laboratorio número 16, en el sótano, y Laboratorio número 74, en la tercera planta, que contendrán fuentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuente encapsulada patrón interno contador de centelleo.</li> <li>- Radionucleidos no encapsulados.</li> </ul>		<p>En estos laboratorios se emplearán los radionucleidos no encapsulados descritos para su uso en la investigación en fisiología humana e investigación y diagnóstico en inmunología y biología molecular.</p>
MODIFICACION	<p>Nombre: HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN MADRID</p> <p>IRA/1169</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-9/IRA-1169/2014</p> <p>Fecha Solicitud: 1/10/2013</p>	<p>Autorización de modificación de la IRA por incorporación a la instalación de 2 nuevas salas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sala de Spect</li> <li>- Sala de cultivos calientes</li> </ul>		<p>Debido al número y diversidad de experimentos previstos consideran necesario disponer de más espacios. Estas dos salas se añaden a las dos de que ya disponía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sala de la Unidad PET</li> <li>- sala del generador de Ga 68</li> </ul> <p>La modificación supone la sustitución de la especificación nº 3 de la autorización relativa a dependencias</p>

## EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	Nombre: SONRÍA POR FAVOR, SL SONDIKA (Vizcaya)  ERX/BI-0022  Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/BI-0022/14  Fecha Solicitud: 8/11/2013	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico.  Realizará actividades de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X para diagnóstico dental		Tiene suscrito contrato con la empresa ASISTENCIA TÉCNICA ANTON, SL. (ERX/BI-0018), que se encargará de la instalación y las pruebas de aceptación preceptivas