PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 07-05-2014

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN	Nombre: INSPECTION TECHNOLOGIES AND SERVICES, S. L. Localidad: AVILÉS (Asturias) IRA/3270 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3270 /14 Fecha Solicitud: 27/02/2014	Autorización de puesta en marcha de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de: - Un equipo de rayos X de la marca G. E. Sensing & Inspection Technologies GmbH, modelo ERESO 52 MF4-CL. - Un equipo portátil de espectrometría de fluorescencia de rayos X de la firma Niton, modelo XL2 980 GOLDD.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	Ambos equipos son portátiles y se utilizarán para radiografiado y análisis para control de calidad.

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	Nombre: SGS TECNOS, S.A. Localidad: MADRID IRA/0089 A Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-53/IRA-0089 A/14 Fecha Solicitud: 20/03/2014	Autorización para las siguientes modificaciones: - Ampliación instalaciones en la delegación de Valencia con un bunker para radiografiado por R-X. - Baja de un equipo de gammagrafía marca Amertest, modelo TEN-680. - Incorporación de 4 equipos de radiografía industrial, marca GE, modelo Isovolt Mobile M1. - Incorporación de seis equipos de radiografía industrial, marca GE, modelo Eresco 42 MF4. - Incorporación de cuatro equipos de radiografía industrial, marca GE, modelo Eresco 32 MF4-C. - Baja de la delegación de Sevilla.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento del nuevo búnker de Valencia, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	Se da de baja el equipo de gammagrafía marca Amertest, modelo TEN-680 que no llegó a adquirirse. La incorporación de 14 equipos de radiografía industrial, marca General Electric (GE) no supone la modificación del reglamento de funcionamiento y plan de emergencia de la instalación dado que ya disponen de equipos autorizados muy similares. La baja de la delegación de Sevilla se debe a no ha llegado a desarrollar la actividad de ensayos no destructivos y se ha procedido a la retirada de todos los equipos radiactivos.
MODIFICACION	Nombre: TORRASPAPEL S.A.. Localidad: ZARAGOZA (Asturias) IRA/0821 Referencia informe técnico: CSN/CRM/IEV/MO-16/IRA-0821/14 Fecha Solicitud: 11/04/2014	Corrección de error en una solicitud presentada por el titular: - Un equipo medidor de cenizas la firma Metso, serie IQAsh, modelo ASM, provisto de una fuente radiactiva encapsulada.		El 16-01-2014, Torraspapel, S.A. presentó a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón una solicitud que fue informada por el CSN en su reunión del 19/03/14. Tras recibir la Resolución, el titular descubre que hay un error en la documentación que presentó con su solicitud, concretamente una fuente. Esta nueva solicitud tiene por objeto enmendar aquel error.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACION	Nombre: METTLER-TOLEDO S. A. E. Localidad: L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) OAR/0033 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/OAR-0033/14 Fecha Solicitud: 19/03/20134	Solicita autorización para comercialización y asistencia técnica de: - Equipo de rayos X de la marca SAFELINE X-RAY INSPECTION, Sistema modelo R70	Se trata de añadir un nuevo modelo (el R70), con características técnicas similares a los demás ya autorizados de la marca SAFELINE X-RAY INSPECTION. Estos equipos se utilizan para la inspección de envases.

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS PAÍS VASCO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACION CSN-PV/IEV/MO-01/IRA/2262/14	UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Dpto. De Pintura de la Facultad de Bellas Artes). LEIOA (BIZKAIA) IRA-2262 Fecha de Solicitud: 08/11/2013	Instalación industrial destinada a la utilización de rayos X en restauración de obras de arte. Solicitan modificación de la instalación por: • Construcción de nuevo búnker de irradiación y traslado del equipo de rayos X.	- La instalación presenta deficiencias por resolver, las cuales han motivado la presente solicitud de modificación. - Ha sido necesario solicitar petición de información adicional a la presentada. - Considerando que se trata de una modificación por cambio de emplazamiento, con la construcción de un nuevo recinto blindado. Es necesario inspección previa para la Puesta en Marcha.

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACION CSN-PV/IEV/MO-13/IRA-1299/14	GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA, S.L. BASAURI (BIZKAIA) IRA-1299 Fecha de Solicitud: 11/02/2014	Instalación industrial destinada a control del nivel de acero en colada continua y análisis de elementos de aleación y composición de materia prima en acería. Solicitan modificación por adquisición del siguiente equipo generador de radiación: - Equipo de espectrometría por fluorescencia de rayos X, marca OLYMPUS modelo FOX IQ.	- No existen deficiencias graves por resolver en esta instalación. - Ha sido necesario requerir información adicional a la solicitud. - Considerando que se trata de una modificación de importancia, con implantación de equipo de rayos X en nueva zona radiológica, se estima necesario inspección previa a la Puesta en Marcha de la modificación, según se indica en la ETF 10ª.