

PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 02-07-2014

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIATIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION Ref: CSN- GC/IIEV/MO-1/ OAR-0059/2014	VERTEX TECHNICS SL de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) OAR-0059 Fecha de solicitud: 15.11.2013	Instalación dedicada a la comercialización y asistencia técnica de rayos X. Solicitan autorización para incluir un equipo Perkin Elmer, modelo Quantum FX μ CT.	No se requiere dosimetría, ya que los equipos no pueden operar sin sus enclavamientos activados. Se ha actualizado el condicio- nado.	El mantenimiento de los equipos será realizado por personal de Vertex Technics SL. Los nuevos equipos Quantum FX μ CT han sido incluidos en la aprobación de tipo de aparato radiactivo NHM-X290. Informan que la firma Caliper Life Sciences (fabricante de los equipos que comercializan actualmente) fue adquirida por Perkin Elmer en septiembre de 2011.