

PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 16-07-2014

Trámite Normal

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	Nombre: Consorcio Sanitario de Tenerife Localidad: LA LAGUNA (Santa Cruz de Tenerife) IRA/0103 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-17/IRA-0103/2014 Fecha Solicitud: 24/02/2014	Autorización de modificación para: - Instalar un nuevo Acelerador lineal de electrones modelo SYNERGY de la firma ELEKTA capaz de emitir rayos X. El acelerador dispone de un sistema guiado por imagen IGRT CONE BEAM CT IMAGEN.	La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	El hospital ya dispone de dos aceleradores. El nuevo se ubicará en un búnker situado en un edificio de nueva planta del hospital.