

PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 30-07-2014

Trámite Normal

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION	Nombre: Hospital Madrid, S.A. Localidad: MADRID IRA/3273 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3273/2014 Fecha Solicitud: 24/03/2014	Autorización de puesta en marcha de un nuevo servicio de Radioterapia, gestionado por Hospital Madrid, S.A., en el Hospital Universitario Puerta del Sur de Móstoles (Madrid), que constará de las siguientes instalaciones y equipos: <ul style="list-style-type: none">- Dos búnkeres simétricos para albergar sendos aceleradores- Sala del simulador.- Dependencias anexas. - Un acelerador lineal de teleterapia ELEKTA, modelo VERSA HD. - Incluye un equipo de imagen por rayos X - Equipo simulador tomógrafo computarizado Toshiba, modelo Aquilion LB.- Fuente de calibración encapsulada.	La especificación 14ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	De los dos búnkeres disponibles, de momento solo se ocupará uno.