

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 29-10-2014

Trámite Simplificado

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	Nombre: ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L Localidad: SEVILLA IRA/2786 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-2786/14 Fecha Solicitud: 29/07/2014	Autorización de modificación para: - Cambiar el domicilio y el emplazamiento de la instalación radiactiva	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento en el nuevo emplazamiento	La Instalación radiactiva cambia de domicilio social, que a su vez constituye el nuevo emplazamiento al que trasladará los equipos radiactivos que tiene autorizados, tipo Troxler y CPN. Se actualiza la autorización para incluir autorizaciones expresas concedidas en 2011 y 2012
AUTORIZACION	Nombre: Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil Localidad: LAS PALMAS IRA/0075 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-13/IRA-0075/2014 Fecha Solicitud: 05/09/2014	Autorización de modificación para: - Realización de actividades de radioterapia intraoperatoria (IORT) mediante un mini acelerador lineal de electrones (portátil), autorizado en el Hospital Dr. Negrín, perteneciente también al Servicio Canario de Salud.		El equipo mini acelerador es de la firma Zeiss modelo "Intrabeam" PRS 500, ubicado y autorizado en el Hospital Universitario Dr. Negrín (IRA-2297) y produce rayos X en un campo homogéneo e isotrópico alrededor del cabezal.

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIATIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
<p align="center">MODIFICACION</p> <p>Ref: CSN-GC/IIEV/MO-4/-IRA1599/2014</p> <p>Fecha de solicitud: 15.07.2014</p>	<p>ITW ESPAÑA SA (DIVISIÓN HI-CONE) de La Garriga (Barcelona)</p> <p>IRA-1599</p>	<p>Instalación industrial dedicada a control de procesos.</p> <p>Solicitan autorización para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alta de 3 equipos Honeywell-Measurex, modelo Mx ProLine. - baja de los 3 equipos actualmente autorizados. 	<p>Cond. 8ª:</p> <p>Se autoriza la posesión y uso de los equipos actualmente instalados, hasta su sustitución por los nuevos equipos.</p> <p>Deberá remitirse documentación acreditativa de la retirada de los equipos.</p>	<p>Las funciones de protección radiológica de la instalación las efectúa el supervisor.</p> <p>Los equipos serán suministrados por Honeywell SL, que realizará también el mantenimiento de los mismos.</p> <p>Las fuentes fuera de uso serán retiradas por Honeywell SL.</p>