

PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 10-12-2014

Trámite Normal

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	Nombre: Hospital Universitario de Salamanca Localidad: SALAMANCA IRA/0396 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-24/IRA-0396/2014 Fecha Solicitud:10/10/2014	Autorización de modificación para: - Dar de baja el acelerador lineal Primus de Siemens, número 3621, y de alta un acelerador lineal CLINAC 2100 C, de Varian.		El nuevo acelerador procede del Hospital Divino Vallés de Burgos.