CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que el día 7 de mayo de 2015, se ha personado en Izasa Scientific SLU, ubicada en calle del polígono industrial (Barcelona). Esta instalación dispone de autorización de funcionamiento concedida por resolución del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya de fecha 28 de abril de 2015.

El titular fue informado de que la visita tenía por objeto la inspección previa a la Notificación de puesta en marcha de la instalación radiactiva.

La inspección fue recibida por , supervisora, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la inspección.

Se advierte a los representantes del titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De la información suministrada por el personal técnico de la instalación a requerimiento de la inspección, así como de las comprobaciones tanto visuales como documentales realizadas, se obtienen los resultados siguientes:

- Izasa Scientific SLU es el resultado de la escisión de acutalmente (IRA-0587). Ambas pertenecientes al mismo grupo empresarial, Grupo . ----------

- Ambas instalaciones radiactivas compartirán el emplazamiento, los procedimientos de trabajo y el personal. ----------

- La instalación radiactiva se encontraba ubicada en un recinto compartido con (IRA-0587), en el que se almacenarán las fuentes y equipos. El recinto estaba dividido en 2 partes, siendo una cámara frigorífica la dependencia interior. ----------

- La instalación se encontraba señalizada según la legislación vigente y disponía de acceso controlado. ----------

SN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

- La instalación se dedica a la comercialización de fuentes encapsuladas para equipos con aprobación de tipo, comercialización y asistencia técnica de equipos generadores de rayos X y equipos con aprobación de tipo; así como asistencia técnica de contadores y los equipos suministrados por la empresa (del Grupo Además realizarán demostraciones a clientes con equipos de rayos X portátiles para análisis de materiales. ----------

- La comercialización de los equipos se realizará desde el fabricante a las instalaciones de los clientes en el caso de equipos voluminosos; en el caso de equipos pequeños y fuentes encapsuladas se recibirán en la sede Izasa Scientific SLU, desde donde se remitirán a las instalaciones de los clientes. ----------

- En el caso de que los clientes soliciten la retirada de equipos, se remitirán las fuentes o los tubos de rayos X a los fabricantes y se enviará un certificado de su gestión a los clientes. ----------

- En la instalación no se encontraba almacenado ningún equipo radiactivo. ----------

- La instalación se encontraba señalizada de acuerdo con la legislación vigente y disponía de acceso controlado. ----------

- Estaban disponibles las normas de actuación en funcionamiento normal y en emergencias y los teléfonos de contacto en caso de emergencia. ----------

- Estaban disponibles dos detectores de radiación y contaminación pertenecientes a la IR-0587:

  - 1 detector de radiación y contaminación de la firma modelo provisto de una sonda n/s 21056, calibrado en origen el 24.09.2012 ----
  - 1 detector de radiación y contaminación de la firma , modelo 's 43113, calibrado en origen el 2.12.2013 ----------

- Estaba disponible el procedimiento de calibración y verificación de los detectores. Las últimas verificaciones son del 13.04.2014 y 30.04.2014. ----------

- Estaban disponibles 2 licencias de supervisor y 6 licencias de operador en vigor y la solicitud de dos licencias de operador. comparten la aplicación de su licencia con la IRA-0587. ----------

- Estaba disponibles 8 dosímetros personales para el control dosimétrico del personal de la instalación; 5 a cargo de 3 a cargo del ----------

- Los dosímetros a cargo de corresponden a los trabajadores que realizan

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

tareas de asistencia técnica por todo el territorio español. Los dosímetros a cargo de [redacted] corresponden al personal con licencia compartida y corresponden a la IRA-0587. No estaba disponible el protocolo de asignación de dosis para el personal con licencia compartida. ----------

- Estaban disponibles los historiales dosimétricos del personal de la instalación. --------

- Estaba disponible el diario de operación de la instalación. ----------

- Los datos correspondientes a las intervenciones de venta y de asistencia técnica se registrarán en soporte informático. ----------

- Estaban disponibles sistemas de extinción de incendios. ----------

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 8 de mayo de 2015.

[redacted]

[redacted]

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de Izasa Scientific SLU para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Manifiesto conformidad con el contenido del acta. Adjuntamos a la presente el protocolo de asignación de dosis al personal con licencia [redacted] Izasa. Y Todo

[redacted]