

**SN**CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED], Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día diez de diciembre de dos mil trece en la clínica sita en la [REDACTED] de Gijón (Asturias), cuyo titular es [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.


Que la inspección fue recibida por don su titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en septiembre de 2013 (IR-331).-----

La instalación, de tercera categoría, está señalizada y provista de acceso controlado.-----



**SN**CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

Se encuentra instalado un equipo [REDACTED] número de serie 2104593.-----


Dispone de un delantal plomado con protector tiroideo y de una acreditación para dirigir instalaciones de rayos X.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad de los equipos de rayos X por la empresa [REDACTED] en noviembre de 2013.-----

#### DESVIACIONES

No se realiza vigilancia dosimétrica. No dispone de Programa de protección radiológica. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a dieciséis de diciembre de dos mil trece.



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[REDACTED]

61100 B 9-7-2014

## DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-AST/AIN/01/RX/0-1257/13** de fecha 10 de diciembre de 2013, correspondiente a la inspección realizada en la clínica dental sita en la [REDACTED] de Gijón, Asturias,

el titular de la instalación realiza comentarios (presenta Programa de Protección Radiológica).

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se aceptan los comentarios.

-El comentario o alegación no modifica el contenido del acta.

Oviedo, 13 de enero de 2014

[REDACTED]