


SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED], Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día dieciséis de enero de dos mil catorce en la [REDACTED] de Avilés (Asturias), donde figura inscrita una clínica cuyo titular es **IBERMUTUAMUR**, N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED] quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en enero de 2009 (IR-117).-----

La instalación, de segunda categoría, coincide sensiblemente con la registrada y está señalizada y provista de acceso controlado.-----

Se encuentra instalado un equipo [REDACTED] número de serie SMS-525-08-028.-----



SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Disponen de una acreditación para operar con instalaciones de rayos X; un delantal plomado y guantes; así como de Programa de Protección Radiológica, realizado por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad de los equipos de rayos X por la empresa [REDACTED] en abril de 2011 y marzo de 2013. Se realiza control dosimétrico de seis usuarios siendo realizada la última lectura por [REDACTED] [REDACTED] en noviembre de 2013, no presentando valores significativos.

DESVIACIONES

No consta que dispongan de acreditación para dirección de instalaciones de rayos X.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a veinte de enero de dos mil catorce.


TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **IBERMUTUAMUR**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Se aporta **Certificado de Acreditación para DIRIGIR**
Instalaciones de Rayos X de la

Dra. [REDACTED],
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
adscrita al Centro Asistencial de Ibermutuamur Avilés,
[REDACTED] el fin de subsanar la desviación
detectada en la inspección realizada.

En Oviedo [REDACTED] ero de 2014

Director Médico Contingencias Profesionales
Ibermutuamur D.T. Asturias



DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-AST/AIN/01/RX/0-1071/14** de fecha 16 de enero de 2014, correspondiente a la inspección realizada en la clínica sita en la [REDACTED] de Avilés, Asturias,

el titular de la instalación realiza comentarios.

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se aceptan los comentarios.

-El comentario o alegación no modifica el contenido del acta.

Oviedo, 10 de febrero de 2014

Fdo.: [REDACTED]