

175057

CSN/AIN/01/IRA/2943/08

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 2

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el diecisiete de julio de dos mil ocho, en **TERRATEST MEDIOAMBIENTE S.L. (GEA)**, sita en [REDACTED] en Madrid.


Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección previa a la notificación de funcionamiento de una instalación radiactiva destinada a análisis por fluorescencia de rayos X, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Comunidad de Madrid con fecha 12 de julio de 2008.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] futuro Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En [REDACTED] se encontraba almacenado el equipo [REDACTED] t, modelo [REDACTED] nº 17293, provisto de un generador de rayos X de 40 kV, 0,1 mA, así como otra maleta con accesorios para el análisis de muestras. _____
- [REDACTED]



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 20073

Fecha: 20-10-2008 12:41

- Disponen de un equipo de medida [REDACTED] nº 36856, calibrado en origen con fecha 28-9-07 y un dosímetro digital [REDACTED] nº 102921, calibrado en origen con fecha 16-1-08, _____
- Tienen previsto utilizar dosímetros personales contratados con [REDACTED]
- Han solicitado una Licencia de Supervisor y dos de Operador. _____
- Tienen previsto remitir un Diario para ser diligenciado. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciocho de julio de dos mil ocho.



[REDACTED]

[REDACTED]

=====

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del **TERRATEST MEDIOAMBIENTE S.L. (GEA)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.