

ACTA DE INSPECCIÓN

, inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 14 de junio de 2022 en las instalaciones del **DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO**, sitas en el Edificio Departamental de Bioquímica y Biología Molecular Santiago Gascón, , Oviedo.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a investigación, cuya autorización vigente (MO-05) fue concedida por Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, con fecha 8 de abril de 2003.

La Inspección fue recibida por Supervisor, y operador de la instalación, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN: Se encuentra ubicada en las plantas baja y cuarta (4.22) del emplazamiento indicado. Se trata de dos laboratorios señalizados. El de la planta baja se utiliza como cámara caliente y almacén para residuos radiactivos. Se utilizan P-32 y S-35.

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN: Disponen de nueve equipos para detección y medida de la radiación. Cuatro con números de serie , , (calibrado 14/10/2019) y . Tres , números , y Un , número . Un Monitor número .

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN y/o CONTAMINACIÓN: Los niveles de radiación medidos son los correspondientes al fondo radiológico.

CUATRO. PROTECCIÓN FÍSICA: Disponen de acceso controlado.

CINCO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN: Disponen de una licencia de supervisor y una de operador en vigor. La vigilancia médica se realiza por el . La vigilancia dosimétrica se realiza por el I , siendo la última lectura del mes de abril de tres dosímetros personales y dos de área y no presentando valores significativos.



SEIS. GENERAL, DOCUMENTACIÓN: Diario de operación (0772.02). Consta la presentación del informe anual correspondiente a 2021.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta, en Oviedo.

Firmado digitalmente por

Fecha: 2022.06.15 07:35:18 +02'00'



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado digitalmente por

Fecha: 2022.06.15
10:57:16 +02'00'



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nº de verificación: 14610755005617603633



Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

Datos del registro

Libro: Libro general de entradas

Unidad registral: INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Nº de registro: ENT20220508608
Fecha y hora de registro: 15/06/2022 14:30
Identificador SIR: O00000318_22_97487950
Interesado:
Dirección General de Industria
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

DNI/CIF:

Asunto: Acta de inspección CSN-AST/AIN/40/IRA/0772/2022 ref. DECO/2022/9114 Se envía acta firmada solicitada en la notificación de ref. DECO/2022/9114 Se tenga por presentada el acta

Documentación presentada en el registro:

Puede consultar cada uno de los documentos aportados en: www.asturias.es

Nombre	Descripción	CSV	Validez
Acta_2022. F	Acta_2022. F	14162426222334426575	
XMLResumenSolicitudEN	XMLResumenSolicitudENI	14162426363353004604	Original
JustificanteFirmado_REGA	JustificanteFirmado_REGAGE22e0002	14162426101561624515	Original

Oficina remitente:

O00000318 - Registro Electrónico General de la AGE

Unidad de tramitación remitente:

Oficina destinataria:

O00005852 - Registro de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Unidad de tramitación destinataria:

A03028311 - Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica