

21.03.2012



ACTA DE INSPECCIÓN



funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día 24 de febrero de 2012 en la Unitat de Química Macromolecular del Departament d'Enginyeria Química de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials (ETSEI), en la [redacted] de Barcelona (Barcelonès).

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a investigación mediante la técnica de difracción de rayos X y cuya última autorización fue concedida por el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya en fecha 15.10.2001.

Que la inspección fue recibida la doctora [redacted] supervisora, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- En una dependencia denominada sala de Rayos X, ubicada en la planta baja en la Secció d'Enginyeria Química, en el emplazamiento referido, se encontraban instalados 4 equipos fijos de rayos X con finalidad de difracción. ----

- Los accesos a dicha dependencia se encontraban señalizados según la legislación vigente y disponían de medios para establecer un acceso controlado.-

- Los equipos instalados eran los siguientes:

* Un equipo de rayos X de la firma [redacted] modelo [redacted] nº DY 1591, con unas características máximas de funcionamiento de 60 kVp y 80 mA, desprovisto del tubo de rayos X. Estaba averiado desde el 04.07.2006 y no se iba a reparar.-----

* Un equipo de rayos X de la firma [redacted] nº de



serie 159, con unas características máximas de funcionamiento de 60 kV y 300 mA, provisto de un tubo desmontable de ánodo giratorio. Estaba averiado desde el 10.11.2004 y no se iba a reparar.-----

- * Un equipo de rayos X de la firma [REDACTED] con unas características máximas de funcionamiento de 60 kV y 20 mA, provisto de un tubo de rayos X en cuyas placas de identificación se leía: Type [REDACTED] No DK100205; 1500W; 60 kV/ 20 mA, 1,5 kW. Estaba averiado desde el 05.11.2002 y no se iba a reparar.-----
- * Un equipo de rayos X de la firma [REDACTED] con unas características de funcionamiento de 35 kV y 30 mA, provisto de un tubo de rayos X en cuyas placas de identificación se leía: Type: PW [REDACTED] Nc:9430 022 23201, No DK 140214, W:1500, kV:60, Estaba averiado desde el 8.03.2011 y de momento no se iba a reparar.-----

- Debido a las obras del nuevo aparcamiento de la Escuela de Ingenieros, iniciadas en el año 2007, no se podía utilizar el circuito de refrigeración del equipo de rayos X, motivo por el cual no estaba operativo el equipo de la firma [REDACTED] Dicho equipo fue puesto en marcha por última vez en fecha 8.03.2011 y posteriormente ya no funcionó. -----

- Estaban disponibles los siguientes dosímetros de termoluminiscencia: 1 personal para el control dosimétrico de la supervisora de la instalación radiactiva y 1 de área. -----

- Se dará de baja uno de los dosímetros debido a la nula actividad de la instalación.-----

- Tienen establecido un convenio con el laboratorio de Dosimetría TL del [REDACTED] para la realización del control dosimétrico. -----

- Estaba disponible el historial dosimétrico individualizado de la supervisora.--

- Estaban disponibles 1 licencia de supervisor en vigor.-----

- Estaba disponible un equipo portátil de detección y medida de los niveles de radiación, con escala en cpm, de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] número de serie 34803, provisto de una sonda [REDACTED], n/s 89178; calibrado por el [REDACTED] en fecha 22.02.2006. -----

- Estaba disponible un equipo portátil para la detección y medida de los niveles de radiación de la firma [REDACTED] n° de serie 930835, calibrado por el [REDACTED] en fecha 22.02.2002.-----

- Estaba disponible el programa de verificación y calibración de los equipos de detección y medida de la radiación. La última verificación del equipo [REDACTED] es de febrero de 2012.-----

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- Estaban disponibles los certificados de control de calidad de los equipos de rayos X de la firma [REDACTED], modelos [REDACTED] y el de la firma [REDACTED].-----

- El equipo de rayos X de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] fue revisado por la firma [REDACTED] (Francia), en fecha 14.11.2006.-----

- La supervisora de la instalación puso en marcha el equipo firma [REDACTED] modelo [REDACTED] el 8.03.2011 únicamente para revisarlo desde el punto de vista de la protección radiológica y posteriormente ya no funcionó. ----

- Estaban disponibles 4 diarios de operación, uno para cada equipo de rayos X.-----

- En lugar visible se encontraban disponibles las normas a seguir tanto en régimen normal de trabajo como en caso de emergencia. -----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 28 de febrero de 2012.

Firmado:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de Unitat de Química Macromolecular del Departament d'Enginyeria Química de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials (ETSEI), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

@CONFORMÉ

[REDACTED]

[REDACTED]