



105725

CSN/AIN/11/IRA/1922/2007

Hoja 1 de 3


## ACTA DE INSPECCION

██████████ Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA QUE:** Se ha personado el día trece de junio de dos mil siete en el Laboratorio Arbitral Agroalimentario del MAPA, sito en ██████████ Madrid.

Que la visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación radiactiva, destinada a Investigación, ubicada en el emplazamiento referido, y con última Resolución de fecha 22 de junio de 2001.

Que la Inspección fue recibida por el operador de la instalación, quien aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.



Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de una licencia de supervisor y la dosimetría no presentaba dosis relevantes; fondo en todo caso \_\_\_\_\_
- El material radiactivo se ajusta al autorizado, \_\_\_\_\_
- La instalación ha funcionado escasamente desde anterior Inspección y que no se ha adquirido nuevo material radiactivo desde la anterior inspección \_\_\_\_\_
- El almacén de residuos permanece señalizado y sin utilizar a fecha de la Inspección por no haber generado residuos la instalación \_\_\_\_\_

- La instalación eléctrica de una de las salas contempladas en la autorización está siendo actualizada para incorporar un contador de centelleo de la casa [REDACTED] modelo [REDACTED] que alberga una fuente exenta de 1 microcurio de Europio -152-----
- Exhiben diario de operación general cumplimentado, actualizado y firmado por el supervisor en el que se incluyen todos los datos esenciales de la instalación: Gestión de residuos, mantenimiento de equipos y detectores, control de material radiactivo, incidencias, vigilancia ambiental, funcionamiento de la instalación y dosimetría del personal.-----
- Exhiben ante la inspección listado actualizado de los monitores de radiación o contaminación, con su estado de verificación o calibración,-----
- Todas las zonas permanecían señaladas y provistas de acceso controlado separadas y señalizadas las superficies de trabajo.-----

Los frigoríficos donde guardan los productos radiactivos se encontraban señaladas y separadas del resto de productos no radiactivos-----

Desde la última inspección en 2006 no figura incidencia alguna reseñable anotada en diario de operación-----






CSN/AIN/11/IRA/1922/2007

Hoja 3 de 3

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a fecha quince de junio de 2007.



**TRAMITE.** - En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado del "LABORATORIO ARBITRAL AGROALIMENTARIO" (MADRID), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Madrid 3-Julio del 2007*



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION  
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y ALIMENTACION  
SUBDIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y NORMALIZACION  
DE METODOLOGIA ANALITICA AGROALIMENTARIA

FECHA
2-7-2007

ENTRADA
Nº 266

