

**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED] inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se personó el día 15 de diciembre de 2017 en la instalación cuyo titular es **CLÍNICA LUCAS, S.L.P.**, N.I.F. [REDACTED] sita en [REDACTED] de Oviedo.

La visita tuvo por objeto realizar una inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a uso médico, cuyo último registro fue concedido por la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias, con fecha 15 de marzo de 2012 (IR-1080).

La Inspección fue recibida por don [REDACTED] quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

La instalación, de tercera categoría, coincide sensiblemente con la registrada, está señalizada y provista de acceso controlado. Disponen de una acreditación para dirigir y otra para operar instalaciones de rayos X.-----

Disponen de contrato con [REDACTED] (22/10/2014) y certificados de niveles de radiación y conformidad de la instalación, realizados por [REDACTED] y fechados en septiembre de 2016 y julio de 2017.-----

Se encuentra instalado un equipo [REDACTED] (número de serie 31110598/27110234).-----

Disponen de un delantal plomado y un protector tiroideo y realizan control dosimétrico de dos usuarios, siendo la última lectura realizada en octubre de 2017 por Infocitec, no presentando valores significativos.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento

sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo a 17 de diciembre de 2017.

---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CLÍNICA LUCAS, S.L.P.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Oviedo 21- diciembre 2017