

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día tres de marzo de dos mil once, en **RIBAWOOD, S.A.**, sito en la [REDACTED] en Villanueva de Gallego, Zaragoza.


Que la visita tuvo por objeto realizar una inspección de control de una instalación radiactiva, destinada a la medida gramaje de papel con fines de control de procesos, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Dirección General Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en fecha 4 de octubre de 2006, y con sede ubicada en el lugar citado.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación radiactiva dispone de un equipo fijo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] que incorpora una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85 de 14,8 GBq de actividad a fecha octubre 2001 y n/s KD 277. El equipo permanece desconectado desde agosto de 2009. _
- La zona de influencia del equipo se encontraba señalizada como Zona Vigilada con riesgo de irradiación. _____
- Disponen de sistema de ventilación en la parte superior de la nave donde se encuentra el equipo. _____




- Disponen de un recinto para el almacenamiento temporal del cabezal del equipo con cerradura en su puerta de acceso. _____
- Sobre el equipo y en lugar visible figuran los datos de la fuente radiactiva, número de serie, isótopo y actividad. _____
- Disponen de una licencia de Supervisor en vigor. _____
- Tienen un dosímetro personal y un dosímetro de área. Estaban disponibles sus lecturas dosimétricas, procesadas por el _____, con último registro de diciembre de 2010, con valores no significativos. _____
- El supervisor realiza con periodicidad mensual la vigilancia radiológica de la instalación. _____
- Tienen un equipo de medida de radiación de la firma _____ n/s 16567 adquirido en diciembre de 2006. Su periodo de calibración ha caducado. _____
- Disponen de acuerdo escrito para la devolución de las fuentes radiactivas fuera de uso con _____
- Disponen de un programa de calibración y verificación de los sistemas de detección y medida de la radiación. La calibración se realizará cada cuatro años y la verificación mensual por ellos mismos. _____
- El titular manifestó que modificarían el Plan de Emergencia para incorporar la IS-18. _____
- Disponen de un Diario de Operación sellado y registrado por el CSN con ref. 186.06.06. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a siete de marzo de dos mil once.



CSN/AIN/04/IRA/2829/11

Hoja 3 de 3



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **“RIBAWOOD S.A.”** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

