

## ACTA DE INSPECCIÓN

[REDACTED] funcionario del Servicio de Seguridad Nuclear del Gobierno de les Illes Balears y acreditado como inspector por el Consejo de Seguridad Nuclear, certifica la ejecución de la inspección de la instalación de radiodiagnóstico médico:

- **Fecha de inspección:** 2 de diciembre de 2015
- **Código de instalación:** RXM PM 1610
- **Dirección:** [REDACTED] PALMA
- **Titular:** TRIALUXOR S.L.
- **CIF:** [REDACTED]
- **Nombre comercial:** Clínica Pronova
- **Actividad:** Dental. **Tipo:** 2
- **Finalidad de la inspección:** control

[REDACTED] La Inspección fue recibida por [REDACTED] director de la clínica, que fue informado de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal de la instalación, se obtienen los resultados siguientes:

[REDACTED]


**REVISADO**

**1. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**

- La instalación consta de diferentes gabinetes en los que se alojan los siguientes equipos:

Marca	Modelo	n/s	Kv máx	mA máx
		953413	65	7,5
		953414	65	7,5
		06050123	65	7,5
		07050052	65	7,5
		08050270	65	7.5
	X-	8 00353	81	10
		3D-00002	105	16

- Dichos equipos están correctamente inscritos en el Registro de rayos- X.
- La instalación está correctamente señalizada.
- Dispone de suficientes prendas emplomadas para la protección del personal que opera en la instalación.



**2. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN**

- Están disponibles 4 licencias de personal para dirigir y 6 para operar instalaciones de rayos X.
- Se realiza el control radiológico del personal citado mediante el uso de dosimetría personal. Está disponible el registro de las dosis recibidas por dicho personal, sin que se hayan sobrepasado los límites de dosis establecidos.


**3. GENERAL, DOCUMENTACIÓN**

- Está disponible el certificado de conformidad periódico de la instalación.

- Está disponible el certificado de verificación de los niveles de radiación en los puestos de trabajo emitido por [REDACTED] el 29 de junio de 2015.
- Están disponibles los controles de calidad de los equipos emitidos por [REDACTED] el 29 de junio de 2015, con resultado apto.
- Está disponible el informe de verificación de dosis a pacientes emitido por [REDACTED] el 29 de junio de 2015.



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas así como la autorización referida, y en virtud de las atribuciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Comunidad Autónoma de les Illes Balears en el acuerdo de 31 de Mayo de 1985 y la posterior revisión y ampliación de 27 de Julio de 1989, y el Real Decreto 111/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, **se levanta y suscribe la presente Acta** por triplicado en la sede de la Dirección General de Política Industrial de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

Palma, 10 de diciembre de 2015



REVISADO

**TRÁMITE.**- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de **TRIALUXOR S.L.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



CONFIRMA