

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que se personó el día veinticinco de mayo de dos mil diez, en **COMPLEJOS DE VILO, S.A.** sita en [REDACTED] en Fuenlabrada (Madrid). ←

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección previa a la notificación de funcionamiento de una instalación radiactiva destinada a control de procesos, ubicada en el emplazamiento referido, y cuya autorización fue concedida por la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid con fecha 6 de abril de 2010.


Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, y D. [REDACTED] Jefe de Laboratorio, en representación del titular, quien aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de una licencia de supervisor en vigor. _____
- Estaba disponible el último reconocimiento médico de aptitud del supervisor. _____
- El último informe dosimétrico, correspondiente al mes de marzo de 2011, presenta valores de fondo para un dosímetro de área y uno personal. _____
- Disponen de un equipo [REDACTED] modelo [REDACTED] con fuente de Pm-147 de 675 mCi (25 GBq) nº SF564. _____


COMBAVA S.A.



- El equipo se encontraba instalado, debidamente señalizado y con señalización luminosa de funcionamiento. _____
- Las tasas de dosis medidas junto al equipo no superaban los 0,3 μ Sv/h. _
- Estaba disponible el certificado de hermeticidad de la fuente de Pm-147, realizado por [REDACTED] en fecha 21/12/10. _____
- Tienen un equipo de medida [REDACTED], nº 19120, calibrado en origen en fecha 25-03-10. _____
- Disponen de procedimiento para la calibración y verificación del equipo de medida. _____
- El supervisor realiza la vigilancia radiológica de la instalación semestralmente. Último registro de fecha 24/05/11. _____
- Estaban disponibles el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia. _____
- Disponen de acuerdo escrito para la devolución de las fuentes radiactivas fuera de uso. _____
- No tienen contrato de mantenimiento para el equipo. En caso necesario Thermo Fisher Scientific se encargará de la asistencia técnica. _____
- Disponen de Diario de Operación General diligenciado por el CSN y rellenado por el supervisor. _____
- Han enviado el informe anual correspondiente al año 2010. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiséis de mayo de dos mil once.

02 06 11
COVINIL S.A.



TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **COVINIL, S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

FECHA DE LA INSPECCIÓN : 25 MAY 2011

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia CSN/AIN/02/IRA/3046/11 de fecha veinticinco de mayo de dos mil once, correspondiente a la inspección realizada en COMPLEJOS DE VINILO, S.A. sita en [REDACTED] en Fuenlabrada (Madrid).

[REDACTED], Supervisor de la instalación, adjunta un anexo de alegaciones al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta:

- Se acepta el comentario en relación al contenido y formuladas en el trámite a la misma

Madrid, 16 de junio de 2011

Fdo.: [REDACTED]