

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el cuatro de noviembre de dos mil trece en **PANALYTICAL BV SUCURSAL EN ESPAÑA** sita en [REDACTED], Pozuelo, Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a comercialización y asistencia técnica de los equipos de rayos X citados en la Especificación 6ª de la autorización, cuya última autorización fue concedida por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Comunidad de Madrid, de fecha 26-06-09.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Operador de la Instalación, y D. [REDACTED], Responsable Comercial, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Según el listado actualizado entregado a la Inspección, disponían de nueve trabajadores expuestos, con dos licencias de supervisor y una de operador en vigor. _____
- Los trabajadores estaban clasificados radiológicamente en categoría B con dosímetro personal de solapa. _____
- Realizaron un curso de formación en materia de protección radiológica en febrero de 2013. _____



- Realizan reconocimientos médicos anuales. _____
- Disponían del último informe dosimétrico de septiembre de 2013, emitido [REDACTED] sin valores significativos. _____
- Disponían de registros de venta y distribución de equipos para espectrometría por difracción y fluorescencia de rayos X. _____
- Tenían registros de asistencia técnica de los equipos autorizados. _____
- Disponían de procedimientos de asistencia técnica. _____
- Tenían un contrato vigente del fabricante para facilitar repuestos originales y notificar los fallos que pudieran detectar con efecto en la seguridad radiológica. _____
- Según el listado actualizado entregado a la Inspección, disponían de ocho monitores portátiles de tasa de dosis, operativos. Cuatro equipos [REDACTED] con n/s 3225, n/s 49705, n/s 49706 y n/s 48042; tres equipos [REDACTED] con n/s 10081, n/s 10072 y 10101; y un equipo [REDACTED] _____
- Tenían los certificados de calibración de los monitores de radiación. _____
- Tenían un programa de calibración y verificación de monitores estableciendo una periodicidad de tres años para calibración. _____
- Tenían un Diario de Operación legalizado por el CSN para uso de la instalación radiactiva. _____
- Han enviado al CSN el informe anual de 2012 y los informes trimestrales. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a cinco de noviembre de dos mil trece.

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 3 de 3

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **PANALYTICAL BV** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Conforme

PANALYTICAL B.V.
Nieder Oude Rijk
Oude Rijk 10
1105 CA Amsterdam, Ed. 1
224 Boerhaavestraat (MADRID)

08/NOV/13