

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el día veinte de junio de 2014 en la instalación de rayos X para diagnóstico dental, cuyo titular es [REDACTED] y [REDACTED], CB, [REDACTED] sita en [REDACTED] 30730 - SAN JAVIER (Murcia).

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico dental, cuya última inscripción registral es de 02/11/2007, con nº de inscripción IR/MU-1274.

Que la Inspección fue recibida por [REDACTED], acreditada para dirigir este tipo de instalaciones de rayos X.

Que dicho titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

La instalación se encuentra ubicada en la planta primera de un edificio de viviendas, en la dirección antes indicada, existiendo por encima una vivienda y por debajo una carnicería.

En la instalación se encuentra un equipo para radiología dental intraoral, [REDACTED] con nº de serie 065378/09694, así como un equipo para ortopantomografía [REDACTED] con nº de serie REC 409378/RTH 047102. Cada equipo se encuentra ubicado en su correspondiente



sala.

-
- La instalación dispone de control de acceso y de la señalización reglamentaria, así como de cartel de aviso a embarazadas, aunque éste se encuentra simplemente colocado sobre una mesa.
-
- En la instalación se dispone de un delantal plomado y un collarín.
-

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

Los niveles de radiación registrados en la instalación utilizando como elemento de dispersión una botella y un vaso de plástico con agua, utilizando la técnica mas frecuente, son los siguientes:

Gabinete intraoral:

| kV | mA | Seg. | Puesto | µSv/h |
|----|----|------|---------------------------------|-------|
| 63 | 8 | 0,08 | Operador (gabinete colindante). | 0,430 |
| 63 | 8 | 0,08 | Cuarto de aseo | 0,110 |

Equipo de ortopantomografía:

| kV | mA | Seg. | Puesto | µSv/h |
|----|----|------|------------------------------|-------|
| 64 | 06 | 18 | Pasillo, disparador de cable | 0,099 |
| 64 | 06 | 18 | Gabinete contiguo | 0,092 |

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- Hay una acreditación para dirigir u operar la instalación, que corresponde a una de las socias comuneras.
- No se exhiben acreditaciones de operador.



CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1274/2014
Hoja 3 de 4

CUATRO. DOCUMENTACIÓN

- Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con los aparatos en ella existentes.
- El control dosimétrico se refiere a un dosímetro TLD de solapa utilizado, gestionado por [REDACTED] comprobando la inexistencia de valores significativos desde enero de 2013 a abril de 2014.
- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 20/09/2013 por la UTPR [REDACTED] señalando anomalías
- Aporta certificado anual de vigilancia de nivel de radiación ambiental, de fecha y por la UTPR iguales que en el caso anterior , sin valores inadmisibles.
- Se exhibe contrato con la [REDACTED] ,de 01/01/2013.
- Dispone de Programa de Protección Radiológica.
- No consta que disponga de Certificado de conformidad de la instalación.
- No consta el envío al CSN del Informe bienal.

DESVIACIONES


- No consta que disponga de Certificado de conformidad de la instalación.
- No consta el envío al CSN del informe bienal.



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1274/2014
Hoja 4 de 4

Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 27 de junio de 2014.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a **continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.