




CSN - SECRETARIA GENERAL
ENTRADA n° 576/2015 08-05-15 12:18

ASUNTO: AUTORIZACIONES DE INSTALACIONES RADIATIVAS (TRÁMITE SIMPLIFICADO)

Adjunto remito documentación relativa a las instalaciones radiactivas que se relacionan en la tabla anexa (trámite simplificado), para su consideración y elevación al Pleno del Consejo, si procede.

Madrid, 30 de abril de 2015



María Fernanda Sánchez Ojanguren
DIRECTORA TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

SRA. SECRETARIA GENERAL

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIATIVAS PAÍS VASCO

... de de 2015

INFORME	CA	TIPO	INSPEC.	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
PM CSN-PV/IEV/PM-01/IRA-3320/15 Nº Informe: 10/15	3ª	I	SI	FCA Aplicación para Contrl de Fluidos, SL. Ibarra (Gipuzkoa) IRA-3320 Fecha de Solicitud: 14/04/2015	<p>Instalación industrial destinada al control de aleaciones metálicas en producto terminado y en materia prima adquirida a proveedores mediante espectrometría por fluorescencia de rayos X.</p> <p>Solicitan la autorización de funcionamiento de nueva instalación por la adquisición de los siguientes equipos radiactivos:</p> <p>- Dos espectómetros portátiles por fluorescencia de rayos X, marca Thermo Scientific Niton modelo XL2, provisto de generador de rayos X de 45 Kv, 0,10 mA y 2 W de tensión, intensidad y potencia máxima respectivamente.</p>		- Considerando que se trata de una instalación de nueva inscripción, se estima necesario inspección previa a la Puesta en Marcha, según se indica en la ETF 10ª