

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
58	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: SAIDI, SA IBERICA DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Localidad: RIBARROJA DEL TURIA (Valencia) IRA-3318 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3318/2015 Fecha Solicitud:31-03-15	Autorización de puesta en marcha de una IRA de 3ª categoría que se dedicará a de análisis instrumental, para lo cual dispondrá del siguiente equipo: - Un espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil de la firma NITON, modelo XL3t.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	Esta empresa está dedicada a la fabricación de elementos que formarán parte de sistemas de control de fluido. Para la mejora de los procesos de fabricación utilizarán un equipo de espectrometría con el fin de analizar las aleaciones de los metales a emplear.
59	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS IBÉRICA, SL Localidad: ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) IRA-3042 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-3042/2015 Fecha Solicitud:31-03-15	Autorización de modificación para: - La síntesis y dispensación de radiofármacos marcados - Aumento de la actividad máxima autorizada de fuente radiactiva - Cambio de domicilio social.	N/A	El radiofármaco se comercializa bajo el nombre de LUTATHERA y en la actualidad es producido en Italia por AAA Italy S.r.l. y distribuido por su filial francesa. Ahora se va a realizar la IRA-3042 el proceso íntegro de marcaje, comercialización/exportación y distribución del radiofármaco, que se seguirá fabricando en Italia. Esta entidad tiene domicilio social en Esplugues de Llobregat, pero la IRA está en la Almunia de Dª Godina (Zaragoza).

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
60	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: CENTRO RADIO-ONCOLOGICO ANDALUZ S.A., CROASA Localidad: MÁLAGA IRA-2239 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-2239/2015 Fecha Solicitud:1-12-14	Autorización de modificación para: - Incorporar un equipo de braquiterapia diferida de alta tasa de dosis HDR de la firma NUCLETRON con una fuente encapsulada.	La especificación 13 requiere que la carga de la primera fuente del equipo deberá realizarse en presencia de la Inspección del Consejo de Seguridad Nuclear, para lo cual se comunicará dicha carga con una antelación mínima de 72 horas.	La anterior resolución de autorización es de 2006, por lo que se aprovecha para actualizar el condicionado para adaptarlo a la Instrucción Técnica IS- 28. También se incluye el equipo de tomografía computarizada (CT) de simulación aprobado mediante autorización expresa.

Trámite Simplificado

27/05/15

INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Miquel i Costas & Miquel SA Localidad: Barcelona IRA-1023 Referencia informe técnico: CSN-GC/SAU/MO-7/IRA-1023-A/15 Fecha de solicitud: 23.12.2014	Autorización de modificación para: - Sustituir dos equipos por otros dos nuevos 2 equipos medidores de gramaje de la firma Honeywell, que aloja cada uno de ellos una fuente radiactiva de prometio-147.	N/A	Los equipos se utilizan para medida de gramaje.